



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1230

Датум: 24.09.2014. године

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
323 К /2014**

ПИТАЊЕ 1:

Партија број 2 – ПАРНИ СТЕРИЛИЗАТОР

Минималне техничке карактеристике, ставка број 5 – Програми стерилизације: стерилизатор је подешен да изводи стерилизацију по следећим програмима:

1.Инструменти, текстил, порозни, запаковани елемент. Стерилизација на 121 степен целзијуса. Циклуси са пулсним пред-вакумом и вакуумским сушењем.

2.....

Овако дефинисаним програмима понуду може доставити само један понуђач, стерилизација на 125 степена целзијуса. Сви светски и европски произвођачи имају стандардне програме 121 и 134 степена целзијуса, а обзиром да у Партији 2- код пролазног стерилизатора захтевате стандардне циклусе на 121 и 134 степена целзијуса. Предлажемо да извршите измену конкурсне документације за наведену ставку и захтевате да уређај поседује стандардне циклусе на 121 и 134 степена целзијуса, као и у партији 1 – Пролазни парни стерилизатор како би омогућили осталим потенцијалним понуђачима учешће у јавној набавци и добили што повољнију понуду.

ОДГОВОР 1:

Наручилац је дефинисао техничке захтеве опреме, која је предмет јавне набавке, пре свега у складу са потребама корисника. У том смислу произашао је захтев за програмима стерилизације. Као радне температуре појединих програма стерилизације најчешће узимају вредности 121 и 134 степена целзијуса, па корисници „традиционално“ најчешће користе управо те програме. Међутим, велики број произвођача декларише своје уређаје са радним опсегом који може бити чак и 105-138 степени целзијуса, што даје велику флексибилност у избору параметара процеса стерилизације према специфичним захтевима корисника. Чак је и под тачком 1 у табели техничких карактеристика конкурсне документације (Партија 2) наведено да радни опсег уређаја буде 105-135 степена целзијуса. Не постоји пропис који ће условити било ког произвођача да направи такав парни стерилизатор који ће имати програме искључиво програме на 121 и 134 степена целзијуса, нити који би ограничио корисника да мора да користи само ове програме, већ се захтева да се време стерилизације прилагоди температури како би се гарантовао квалитет стерилизације – што нижа температура то је дуже време. Такође анализом техничких описа и брошура великог броја произвођача установљено је да готово сви произвођачи недвосмислено имају могућност да у своје уређаје уграђују програме стерилизације чији су параметри у потпуности прилагођени потребама и жељама корисника. Тачније произвођачи истичу као показатељ флексибилност контролних јединица својих стерилизатора управо могућност „кориснички дефинисаних“ програма. У том смислу не постоји ни један разлог који би било којег произвођача фаворизовао чињеницом да се захтева да стерилизатор поседује и програм стерилизације на 125 степени целзијуса.

Не прихвата се захтев заинтересованог понуђача и конкурсна документација се не мења. Остаје захтев да стерилизатор у Партији 2 треба да има и програм стерилизације на 125 степена целзијуса.

ПИТАЊЕ 2:

Партија број 1 – Пролазни парни стерилизатор

2.Запремина стерилизационе коморе 60-85 литара. У комору се може поставити ин. 1 комад стандардне стерилизационе јединице – STU (1 „STU“ = кутија димензија 30x30x60 cm).

Да ли је прихватљиво понудити уређај који има просечну запремину од 110-130 литара?

ОДГОВОР 2:

Приликом дефинисања техничких захтева који су саставни део конкурсне документације, вођено је рачуна како о потребном капацитету уређаја, тако и о економичности његове употребе. Коморе веће запремине условљавају веће експлоатационе трошкове, скупље одржавање, већу потрошњу флуида и сл. Наручилац се определио за капацитет коморе од 1 STU, али постављајући услове њене минималне и максималне запремине, како би се избегла могућност да се нуде неоправдано велики уређаји, који су и велики потрошачи у сваком смислу. При томе, утврђено је да на домаћем тржишту постоји велики број, понуђача/произвођача који у свом производном програму имају уређаје који запремски и по капацитету одговарају захтеваном.

Не прихвата се захтев заинтересованог понуђача и конкурсна документација се не мења. Неће се прихватити стерилизатори у партији 1 којима радна запрема коморе излази ван дефинисаног опсега 60-85 литара.

ПИТАЊЕ 3:

У партији број 2 – Ставка број 15 став 3 – Канализација: стандардни канализациони одвод. Стерилизатор поседује опцију интензивног хлађења флуида који се одводе у канализацију, због пластичних материјала од којих су израђене канализационе цеви на месту инсталације...

У партији број 1 – Парни стерилизатор се не захтева да стерилизатор поседује опцију интензивног хлађења флуида који се одводе у канализацију, те Вас молимо да нам издефинишете по чему је у Пролазном парном стерилизатору неопходно да стерилизатор поседује ту опцију а код Парног стерилизатора у партији број 2 није потребно да стерилизатор поседује наведену опцију, сем што се фаворизује један произвођач?

ОДГОВОР 3:

Као што је наглашено у одговорима на претходна питања, Наручилац је дефинисао техничке захтеве који су саставни део конкурсне документације на основу потреба корисника, али и на основу техничко-инсталационих услова на месту инсталирања опреме. Истичемо да је набавка подељена у две партије баш због тога што се два стерилизатора инсталирају на потпуно одвојеним локацијама, то јест налазиће се у одвојеним и међусобно удаљеним објектима. Самим тим услови инсталације и експлоатације ова два уређаја неће бити исти, па не треба ни на који начин везивати ова два уређаја и очекивати ситуацију да све што се захтева на једном мора да се захтева на другом уређају.

У конкретном случају, баш како је и наглашено у тексту конкурсне документације коју у свом питању наводи заинтересовани понуђач, за један од стерилизатора се захтева да поседује „опцију интензивног хлађења флуида који се одводе у канализацију ЗБОГ ПЛАСТИЧНИХ МАТЕРИЈАЛА ОД КОЈИХ СУ ИЗРАЂЕНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ НА МЕСТУ ИНСТАЛАЦИЈЕ“. Дакле, услови на месту инсталације за један стерилизатор просто условљавају захтев за хлађењем одводног флуида због спречавања оштећивања одводног цевовода, док код другог нема потребе за овим захтевом, јер канализациона инсталација може да издржи више температуре.

Не видимо како је то овај захтев на било који начин у вези са фаворизовањем било ког произвођача, поготову узимајући у обзир чињеницу да практично сви произвођачи ове врсте опреме имају могућност да на своје стерилизаторе ПО ПОТРЕБИ и НА ЗАХТЕВ корисника инсталирају и опцију за хлађење одводног флуида.

Не прихвата се захтев заинтересованог понуђача и конкурсна документација се не мења. Остаје захтев да стерилизатор у Партији 2 треба да има опцију интензивног хлађења флуида који се одводе у канализацију, док се за стерилизатор у Партији 1 ово не захтева.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
