



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 04.08.2016.

БРОЈ: 1182

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе
Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију, број јавне набавке 326А/2016**

**по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, на интернет
страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених гласила Републике Србије и
база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Молимо Вас да нам доставите додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку
Медицинског потрошног материјала и лекова са негативне листе за потребе Сале за катетеризацију срца,
Клинике за кардиологију, број ЈН 326А/2016, за партију број 70:

- Ради се о сету за који је потребно знати прецизне податке у вези следећих елемената:
- 1. Које су тражене димензије Заштите за PES и оловно стакло?
- 2. Колико гзе и тупфера и којих величина?
- 3. Да ли се тражи драпе за радијални или феморални приступ, или драпе за оба приступа?

ОДГОВОР:

1. Димензије PES-а су 29x29cm, а заштитног оловног стакла 111x90cm. Заштитне стерилне кесе
треба да су димензија које омогућавају навлачење на PES и заштитно стакло ових димензија.
2. Најмањи бр. газа и стерилних тупфера у пакету је 10 ком.
3. Драпе треба да омогућава и радијални и феморални приступ.

Комисија за јавну набавку