



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 10.11.2014. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМИ ЗА УЗОРКОВАЊЕ КРВИ**

Број јавне набавке: 387A/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМИ ЗА УЗОРКОВАЊЕ КРВИ бр. 387A/2014, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 28.10.2014. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У спецификацији ставке са редним бројем 2 и 4, партије 1, тражене су вакум епрувете за коагулацију са 3,2% Na-citratom. Имајући у виду да се ради о пластичним епруветама мале запремине вакума и да се у епруветама налази течни антикоагуланс, да ли је обавезно да епрувете имају „дупли зид“ како би се обезбедио узорак одговарајућег квалитета у складу са међународним препорукама, тј. узорак са једнаким „head space“, слободни простор између крви и затварача?

ОДГОВОР:

1. Наручилац овим путем обавештава све потенцијалне понуђаче у јавној набавци бр. 387A/2014 – затворени системи за узорковање крви, да је потребно да тражене епрувете у ставкама бр. 1/2 и 1/4, партије бр. 1, имају „дупли зид“. Такође, наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
