

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1631.

Датум: 21.11.2016.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА****Број јавне набавке 492K/2016**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет
страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА
ОПРЕМА, број 492K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 28.10.2016.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Partija br.1: Operacioni sto za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo**Pitanje br.1:**

Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao potencijalni ponuđač u javnoj nabavci za nabavku
**Medicinske opreme, broj javne nabavke 492K/2016 – Partija 1. – Operacioni sto za potrebe Klinike za
ginekologiju i akušerstvo, u konkursnoj dokumentaciji deo tehničke karakteristike na strani 30 od 70, A.
Tehničke karakteristike po zahtevu naručioca:**

Stavke od 1.1 do 1.26 na strani 30 od 70

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА**ОПЕРАЦИОНИ СТО ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО**

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
1.1	ОП сто је покретан , дељив минимум 5 секција, управљање електропомпним или електрохидрауличко. Резервно управљање на стубу преко сигурносне тастатуре		
1.2	Плоча стола дозвољава рендгенско снимање		
1.3	Дужина плоче стола (укључујући и плочу главе) приближно 2100 mm		

1.4	Батерија за рад са могућношћу пуњења. Пуњач батерије се налази у бази ОП стола. Батерија омогућава рад од око 7 дана без допуњавања. Батерија лако доступна. Ниво напуњености батерије електронски надзиран и сигнализира акустично и визуелно.		
1.5	ОП сто поседује стабилно постоље са 4 стабилна електропроводљива точка, пречника минимум 125 mm		
1.6	Све подлошке омогућавају рендгенско снимање и израђене су од висококвалитетног, антистатичког и електропроводљивог материјала. Хигијенска израда без шавова. Качење подложака чичак траком.		
1.7	База, оклоп, носачи плоче, зглобне везе стола израђене у потпуности од нерђајућег челика		
1.8	Распон висине стола минимум 700-1100 mm		
1.9	Тренделенбург и реверзибилни Тренделенбург минимум +/-35°		
1.10	Латерални нагиб минимум +/-23°		
1.11	Аутоматска нулта позиција		
1.12	Нагиб доње плоче леђа електроподесив минимум +80°/-40°		
1.13	Нагиб плоче главе подесив минимум +/-45°		
1.14	Нагиб плоче ногу електроподесив +/-90°		
1.15	Дозвољено оптерећење стола минимум 450 kg		
1.16	Могућност промене позиције плоче за 180°		
1.17	Плоча главе са двоструким зглобом за нагибање		
1.18	Кратка плоча леђа са могућношћу постављања са обе стране ОП стола		
1.19	Дводелна плоча за ноге са зглобом за абдукцију		
1.20	Плоча за руку је покретна око осовине хоризонтално, подесиве висине и лонгитудиналног положаја, дужине приближно 450 mm са тракама за причвршћивање		
1.21	Трака за тело		
1.22	Гоепел држач за ноге, 2 комада		
1.23	Радијална копча, 3 комада		
1.24	Даљински управљач са каблом, даљински управљач са пуњачем ИР везе		
1.25	Лира са екстензијама на извлачење дужине приближно 30 cm		
1.26	Сталак за инфузију са копчом за везу на шини		

Pitanje:

Ispitivanjem tržišta ustanovljeno je da ni jedan ponuđač na teritoriji Republike Srbije ne može odgovoriti na sve zahtevane tehničke karakteristike u kompletu, osim jednog ponuđača.

Kako je konkursnom dokumentacijom precizno definisana tehnička specifikacija za predmet javne nabavke, dolazi se do zaključka da je aktuelna tehnička specifikacija diskriminišuća i sprečava veću konkurentnost među ponuđačima, odnosno implicira samo na jednog potencijanog ponuđača.

Načelo obezbeđenja konkurencije, Član 10. Zakona o javnim nabavkama naručilac nije u potpunosti ispoštovao i postupio je u suprotnosti sa odredbom Člana 72. Stav 3. za korišćenje tehničkih specifikacija, kojom naručilac ne može da u konkursnoj dokumentaciji uključi bilo koju odredbu koja bi za posledicu imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponuđača. Stiče se utisak da je naručilac tendenciozno, nasilno i suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama želeo da predmet javne nabavke nabavi od određenog dobavljača predmetnog proizvoda.

Kao zainteresovano lice u javnoj nabavci, molimo da se tehnička specifikacija preformuliše na način koji omogućava učešće i dostavu ponuda minimalno tri renomirana svetska proizvođača predmeta javne nabavke i postupi po predhodno navedenim odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Odgovor: U pojašnjenju konkursne dokumentacije br.1540 od 16.11.2016. godine odgovoreno je da najmanje 2 proizvođača ispunjavaju zahtevane minimalne karakteristike. Naručilac ostaje pri zahtevanim minimalnim tehničkim karakteristikama iz konkursne dokumentacije.

Partija br.2: Operacioni sto za potrebe klinike za ORL i MFH

Pitanje br.2:

U konkursnoj dokumentaciji broj 492K/2016 – Medicinski oprema, Partija 2 . – Operacioni sto za potrebe klinike za ORL i MFH, u tehničkim karakteristikama, na strani 37 od 70, A. Tehničke karakteristike po zahtevu naručioca:

Stavke od 1.1 do 1.28 na strani 37 od 70

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА			
<u>ОПЕРАЦИОНИ СТО ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИКЕ ЗА ОРЛ И МФХ</u>			
Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
1.1	ОП сто је покретан , дељив минимум 5 секција, управљање електропрханичкои или електрохидрауличко. Резервно управљање на стубу преко сигурносне тастатуре		
1.2	Плоча стола дозвољава рендгенско снимање		
1.3	Дужина плоче (укључујући и плочу главе) 2100 mm +/-5%		
1.4	Батерија за рад са могућношћу пуњења. Пуњач батерије се налази у бази ОП стола. Батерија омогућава рад од око 7 дана без допуњавања. Батерија лако доступна. Ниво напуњености батерије електронски надзиран и сигнализира акустично и визуелно.		
1.5	ОП сто поседује стабилно постоље са 4 стабилна електропроводљива точка, пречника минимум 125 mm		
1.6	Све подлошке омогућавају рендгенско снимање и израђене су од висококвалитетног , антистатичког и електропроводљивог материјала. Хигијенска израда без шавова. Качење подложака чичак траком.		
1.7	База, оклоп, носачи плоче, зглобне везе стола израђене у потпуности од нерђајућег челика		
1.8	Распон висине стола минимум 600-950 mm		
1.9	Тренделенбург и реверзибилни Тренделенбург минимум +25°/-35°		
1.10	Латерални нагиб минимум +/-23°		
1.11	Аутоматска нулта позиција		
1.12	Нагиб доње плоче леђа електроподесив минимум +80°/-40°		
1.13	Нагиб плоче главе подесив минимум +/-45°		
1.14	Нагиб плоче ногу електроподесив +/-90°		
1.15	Дозвољено оптерећење стола минимум 450 kg		
1.16	Могућност промене позиције плоче за 180°		
1.17	Плоча главе са двоструким зглобом за нагињање		
1.18	Кратка плоча леђа са могућношћу постављања са обе стране ОП стола		
1.19	Једноделна плоча за ноге		
1.20	Плоча за руку је покретна око осовине хоризонтално, подесиве висине и лонгитудиналног положаја, дужине приближно 450 mm са тракама за причвршћивање		
1.21	Трака за тело		
1.22	Адаптер за држач главе у облику потковице		
1.23	Држач главе у облику потковице		

1.24	Гел подлошка за главу са отвором за врат		
1.25	Радијална копча		
1.26	Даљински управљач са каблом, даљински управљач са пуњачем ИР везе		
1.27	Лира са екстензијама на извлачење дужине приближно 30 cm		
1.28	Сталак за инфузију са копчом за везу на шини		

Pitanje:

Ispitivanjem tržišta ustanovljeno je da ni jedan ponuđač na teritoriji Republike Srbije ne može odgovoriti na sve zahtevane tehničke karakteristike u kompletu, osim jednog ponuđača.

Kako je konkursnom dokumentacijom precizno definisana tehnička specifikacija za predmet javne nabavke, dolazi se do zaključka da je aktuelna tehnička specifikacija diskriminišuća i sprečava veću konkurentnost među ponuđačima, odnosno implicira samo na jednog potencijanog ponuđača.

Načelo obezbeđenja konkurencije, Član 10. Zakona o javnim nabavkama naručilac nije u potpunosti ispoštovao i postupio je u suprotnosti sa odredbom Člana 72. Stav 3. za korišćenje tehničkih specifikacija, kojom naručilac ne može da u konkursnoj dokumentaciji uključi bilo koju odredbu koja bi za posledicu imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponuđača. Stiče se utisak da je naručilac tendenciozno, nasilno i suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama želeo da predmet javne nabavke nabavi od određenog dobavljača predmetnog proizvoda.

Kao zainteresovano lice u javnoj nabavci, molimo da se tehnička specifikacija preformuliše na način koji omogućava učešće i dostavu ponuda minimalno tri renomirana svetska proizvođača predmeta javne nabavke i postupi po predhodno navedenim odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Zahtevamo od Naručioca da izvrši izmene konkursne dokumentacije u delu svih gore navedenih tehničkih karakteristika, a u cilju povećanja konkurentnosti.

Očekujemo da naručilac postupi po zahtevu i omogući regularno sprovođenje javne nabavke, u suprotnom, članom 149. Stav 2 i stav 3. Zakona o javnim nabavkama definisane su zakonska prava zainteresovanih lica u postupcima javnih nabavki.

Odgovor: U pojašnjenju konkursne dokumentacije br.1540 od 16.11.2016. godine odgovoreno je da najmanje 2 proizvođača ispunjavaju zahtevane minimalne karakteristike. Naručilac ostaje pri zahtevanim minimalnim tehničkim karakteristikama iz konkursne dokumentacije.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
