



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

БРОЈ: 681

ДАТУМ: 22.05.2014. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Број јавне набавке: 182А/2014**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара - Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију бр. 182А/2014, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 05.05.2014. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Da li će za partiju 15-Set uvodnik za radijalni pristup od 4Fr-6Fr, sheath 11 cm, igla 21G/4cm, žica 0,018, dilatator-biti prihvaćen uvodnik dužine 12cm?
2. Partija 5: Da li je ponuda odgovarajuća ako ponudimo iglu dužine 22cm umesto tražene dužine od 20 cm?
3. Partija 20: Da li je ponuda odgovarajuća ako ponudimo dilatatore dužine 20 cm umesto traženih 18 cm?
4. Partija 42: Da li je ponuda odgovarajuća ako ponudimo kateter od samo 5F?
5. Partija 44: Da li je ponuda odgovarajuća ako ponudimo kateter od 5F, dužine 65-125?
6. Partija 48: Da li je ponuda odgovarajuća ako ponudimo mikrokateter 2.5F, dužine 100,135 i 150cm?
7. Partija 66: Da li je ponuda odgovarajuća ako ponudimo žicu od 145cm umesto traženih 150 cm?
8. Partija 68: Da li je ponuda odgovarajuća ako ponudimo balon dijametra 4-14mm?
9. Partija 81: Da li je ponuda odgovarajuća ako ponudimo kateter dijametra 8.3F i 10.2F umesto traženih 8F i 10F?
10. Partija 82: Da li je ponuda odgovarajuća ako ponudimo kateter dijametra 8.5F umesto 8F?
11. Partija 83: Da li je ponuda odgovarajuća ako ponudimo kateter dijametra 10.2F umesto 10F?
12. Partija 89: Da li je ponuda odgovarajuća ako ponudimo kateter dijametra 8.5-12.0F umesto 8-12F?
13. Partija 90: Da li je ponuda odgovarajuća ako ponudimo kateter dijametra 8.5-10.2F umesto 8-10.5F?
14. Partija 91: Da li je ponuda odgovarajuća ako ponudimo kateter dijametra 8.5-10.2 umesto 8-10F?

ОДГОВОР:

1. Наручилац овим путем обавештава све потенцијалне понуђаче у поступку јавне набавке у отвореном поступку бр. 182А/2014 - Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију, да ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.