



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ**

Број јавне набавке: 75A/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ бр. 75A/2014, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 26.02.2014. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

- **Партија бр. 48: Сет за ЦВК катетер за хемодијализу**
 - Колики је дијаметар траженог катетера?
 - Колика је дужина траженог катетера?
- **Партија бр. 49: Сет за ЦВК дволуменски антибактеријски**
 - Молим Вас да се појасни на шта се односи реч-антибактеријски? Да ли се односи на каф који има антибактеријску улогу или да је катетер обложен антибиотиком?
 - Колики је дијаметар траженог катетера?
 - Колика је дужина траженог катетера?
- **Партија бр. 50: Сет за ЦВК дволуменски педијатријски**
 - Колики је дијаметар траженог катетера?
 - Колика је дужина траженог катетера?

ОДГОВОРИ:

1. **Партија бр. 48: Сет за ЦВК катетер за хемодијализу**
 - 12F
 - 15-16 cm
2. **Партија бр. 49: Сет за ЦВК дволуменски антибактеријски**
 - Катетер је обложен антисептиком (chlor heksidinom I sulfadiazinom)
 - 7F
 - 20 cm
3. **Партија бр. 50: Сет за ЦВК дволуменски педијатријски**
 - 2-4 F
 - Сходно горе наведеном: 2F-8 cm, 3F-10 cm, 4F-15 cm