



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастеровабр.2
СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (хемикалије, стакло и др.) ЗА ПОТРЕБЕ ЛАБОРАТОРИЈА У КЦС број јавне набавке:309К/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије дана 06.09.2017.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1) Na strani 33. Konkursne dokumentacije, Prilog br.4. pod tackom 4. Navodite:

“Важеће Решење о упису у Регистар медицинских средстава издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства, за свако појединачно добро које је предмет понуде (члан 177. ЗЛМС), уколико је понуђено добро регистровано у АЛИМС-у. У достављеном решењу потребно је обележити свако појединачно добро које је предмет понуде. **Уколико се понуђено добро не сматра медицинским средством, неопходно је доставити важеће мишљење АЛИМС-а којим се напред наведено потврђује.**”

Obzirom da su predmet javne nabavke hemikalije opste namene, I staklo I potrosni material za opstu laboratorijsku upotrebu, molimo Vas da izuzmete trazeni uslov koji se odnosi na dostavljanje misljenja ALIMS-a da se ponudjena sredstva ne smatraju medicinskim sredstvima (za dobra koja nemaju obavezu registracije u ALIMS-u), obzirom da proces dobijanja misljenja Agencije za lekove traje oko 45 dana I predstavlja dodatni finansijski trosak za ponudjace.

2/ Na strani 61. Prilog broj 7. Pod tackom 6. navodite

“За партију: бр. 66 - Pufer pH 6.8 и партију 74 - Srebro-nitrat 0.1mol/L NaOH, хемикалије и раствори за квантитативну анализу (Титрисоли и пуфери), понуђач је дужан да достави Изјаву произвођача да се добра поуђена у ове две партије могу користити у техничке сврхе”.

Obzirom da su u pitanju pufer koji se koristi za kalibraciju I volumetriski rastvor koji se koristi za analiticka odredjivanja molim Vas precizirajte sta podrazumevate pod koriscenjem hemikalija u tehnicke svrhe kako bismo na adekvatan nacin kontaktirali proizvodjaca I dostavili trazenu izjavu. Da li je dovoljno dostaviti specifikaciju trazених партија?

3/ Da li je odgovarajuće ponuditi partiju 56 bez oznake p.a?

4/Za partiju 57 zahtevate NaOH koncentrovani. Obzirom da je u pitanju cvrsta supstanca, da li ste mislili na pakovanja crvstog natrijum hidroksida ili na neki volumetrijski rastvor? Ukoliko je u pitanju volumetrijski rastvor molim Vas navedite trazenu koncentraciju

5/ U partiji 74 navodte da zahtevate srebro nitrat 0.1M NaOH. Da li Vam je potreban srebro nitrat ili natrijum hidroksid?

6/ U partiji 95 zahtevate erlenmajer od 5L srednje grlo. Obzirom da se velicina grla definise kao široko I usko, a erlenmajer od 5l postoji kao opcija sa uskim grlom da li Vam je UG prihvatljivo?

7/ U partiji 98 navodite da Vam je potrebna niska forma erlenmajera, široko grlo sa slifovanim zatvaracem. Molim Vas napravite korekciju opisa navedene partije obzirom da se erlenmajeri ne deklarise kao niska I visoka forma I molim Vas navedite odgovarajucu velicinu slifa.

8/ Da li Vam je u partiji 126 potrebna reagens boca sa uskim grlom od 250ml?

9/ Da li su Vam u partiji 156 odgovarajuće staklene Pasterove pipete duzine 230mm?

10/ U partiji 171 molim Vas navedite opseg merenja.

11/ Da li su Vam za partije 179-181 potrebni kvalitativni ili kvantitativni filter papiri?

12/ Partija 85 – Da li je prihvatljivo ponuditi dim.10x80mm

13/ Partija 94-Da li je prihvatljivo ponuditi usko grlo

14/Partija 123-Da li je prihvatljivo ponuditi bocu od 120ml

15/Partija 127 – Da li je potrebno nuditi bocu, ako jeste molimo da precizirate zapreminu 1000ml ili 2500ml?

16/Partija 128 – Molimo da precizirate da li je potrebno nuditi dispenser sa ili bez boce, ako je potrebna boca koju zapreminu ponuditi 1000ml ili 2500ml? Šta znači sa puferom? Da li I puffer treba ponuditi I koji?

17/Partija 146-Da li je prihvatljivo ponuditi levak 125mm

18/Partije 167,168,169 I 170-Molimo Vas da precizirate da li je potrebno ponuditi usko ili široko grlo

ОДГОВОРИ:

Конкурсна документација ће бити измењена у складу са постављеним питањем и то:

- 1/У прилогу бр.4 у тачци 4. на страни 33. и на страни 61. Прилог број 7. тачка 4. **брише се реченица „ Уколико понуђач тврди да добро које нуди не подлеже регистрацији код АЛИМС-а дужан је да достави важеће мишљење АЛИМС-а да предметно добро не подлеже регистрацији код АЛИМС-а.“**
- 2./ У Прилогу број 7. тачка 6. после реченице : „Сребро – нитрат 0.1 mol/L“ брише се **ознака NaOH“** а на питање : да ли је довољно доставити спецификацију тражених партија, **Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације**
- 3./ У партији 56 **брише се ознака п.а.**
- 4./партија 57, **додаје се концентрација од 0,1mol/l, а briše se reč koncentrovana**
- 5./партија 74 **брише се ознака NaOH**
- 6./партија 95, **било које грло**
- 7./партија 98, **брише се ниска форма а величина шлифа било која.**
- 8./партија 126 ,назив текста се мења и гласи:“ **Staklena reagens boca, usko grlo, sa staklenim zatvaračem, 250ml (za alkohol)“**
- 9./партија 156, поред тражене величине Пастерове пипете у конкурсној документацији додаје се величина и **од 150 мм.**
- 10./партија 171,**опсег мерења од 0-100%**
- 11./ За партије 179-181 потребан је **квалитативни филтер папир**
- 12/ Партија 85, поред тражене димензије додаје се и **димензија 10x80mm**
- 13/ Партија 94, **Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације**
- 14/ Партија 123, поред тражене запремине боце дода је се и **запремина од 120мл**
- 15/Партија 127, додаје се текст:“ **величина боце треба да одговара траженим величинама из партије 124 и 125“**
- 16/ Партија 128, додаје се текст:“ **величина боце треба да одговара траженим величинама из партије 124 и 125“, нетреба посебно пуфер**
- 17/ Партија 146, поред траженог пречника левка додаје се и **димензија од 125 mm.**
- 18/ За партије 167,168,169 и 170, одговор је **било које грло**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ