



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 18.09.2015.

БРОЈ: 1514

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СИСТЕМ ЗА НЕУРОМОНИТОРИНГ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА ЕНДОКРИНУ
ХИРУРГИЈУ**

Број јавне набавке 326K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије
У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:


ПИТАЊЕ:

1. Да ли је прихватљиво уместо захтеваног 4-каналног понудити 32-канални систем?

ОДГОВОР:

1. Минималним техничким карактеристикама тражи се 4 канала, EMG IONM функција, тако да ће се прихватити сваки уређај који има више од 4 канала EMG IONM функција.

С поштовањем,



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ