



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ**

**Услуге сервисирања и поправки болничке немедицинске опреме- кревета
број 348Т /2016**

Питање:

Поштовани,

- 1- тачки 3.1. замена свих точкова (антистатик -увозни) на стр 13 треба да стоји у рубрици јединица мере комад из разлога што се никад не мењају сва четири точка
- 2-тач. 13.3 замена плоча од бакелита на сва три нивоа на стр.15 треба изменити јер се бакелит више не користи за ту намену,предлажемо да се стави пвц материјали или пресована шпер плоча
- 3- на страни 16 у делу неспецифицирани делови сматрамо да треба убацити услов манипулативни трошкови у висини _____% на нето износ фактуре без пдв/а

Дајемо Вам следећи одговор:

тачка 1

Један точак замењују наши мајстори, а изабрани сервисер мења сва четири точка.

тачка 2

Може да стоји "замена плоча адекватним и одговарајућим материјалом (бакелит, ПВЦ ом или пресованом шпер плочом)"

тачка 3

Манипулативни трошкови не смеју бити приказани у конкурсној документацији пошто нема емпиријског објашњења за било који проценат који се одреди. Чињеница је да ти трошкови постоје али је немогуће одредити колико то у процентима тачно. Питање тих трошкова решиће се приликом испостављања овереног рачуна за другде утрошени материјал за сваки случај понаособ.

С поштовањем,