



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 16.10.2015.

БРОЈ: 1719

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**Дијагностички ултразвучни апарат са А, В и UBM сондом и сонде за
апарате за факоемулзификацију**

Број јавне набавке 354К/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊЕ:

1. У оквиру техничких карактеристика тражи се В СОНДА следећих карактеристика:
20 MHz i/ili 12 MHz B-Scan сонда за задњи сегмент (Posterior Segment).
Молимо да проширите фреквентни опсег и обухватите и сонду од 10 MHz.

ОДГОВОР:

1. Наручилац остаје при захтеваним минималним техничким карактеристикама из
прилога бр. 7 конкурсне документације.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ