

„Радови на одржавању и поправци електро инсталација ОП сала, интензивних нега, МР, скенера и рентгена“

Број набавке 366Т/2016

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

1. У вашој ЈН 366Т/2016 навели сте да је предмет набавке „Радови на одржавању и поправци електро инсталација ОП сала, интензивних нега, МР, скенера и рентгена“ и категорисали по општем речникуову набавку као набавкуелектро опремепоД ознакама 31210000. У делудокументације „ДЕО III – Инсталациони прибор и опрема“ под позицијама 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16 (стрaне 27, 28, 29, 30, 31) сте навели да се набављају „Анестезиолошкисетови“, „Хирушки сетови“,„Плафонски стативи“, „Болеснички сетови интензивне неге“ и сл. који садрже поред електро компоненти и прикључнице за медицинске гасове а сви овакви сетови, стативи и слично спадају у медицинска средства (Класа IIБ).С обзиром даЗакон о лековима и медицинским средствима Републике Србије јасно дефинише да се не смеју набављати и пуштати у промет медицинска средства без регистрације тј решења о упису у Регистар медицинских средстава који се води у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије постављамо вам питање да ли за горе наведена и захтевана а понуђена средства морамо да доставимо поменуто решење о упису тог средства у Регистар медицинских средстава а у вези да чланом 76 Закона о јавним набавкама?

2. С обзиром да су горе наведена и тражена средства из тендерске документације „ДЕО III – Инсталациони прибор и опрема“ под позицијама 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16 (стрaне 27, 28, 29, 30, 31) очигледна медицинска средства високе ИИБ класе асагласно Закону о јавним набавкама уочено је да је недозвољено да се у истој партијомогу набављати немедицинска и медицинска средства. С тим у вези предлажемо наручиоцу да измени тендерску документацију сагласно законима.

Одговор:

Како се из предмера види, може бити један или више произвођача електро опреме или медицинских средстава.

Више произвођача израђују електро део (осветљење, прикључнице,уземљење, чисту шину) и то спада у електро одржавање ,замену, поправку и сервисирање.

Такође исти произвођачи у склопу постојеће конструкције уграђују прикључке за мед.гасове по жељи наручиоца. Углавном се уграђују Дрегерови прикључци.

Све док се не доведе и не прикључи мед. гас наведена опрема је само електро - опрема и на добром је месту Јавне набавке.

Уколико се наручиоц определи да доведе гасну инсталацију до прикључка за гас , тада ће добављач прибавити одговарајући документ медицинских средстава од одговарајуће Агенције.