



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 03.11.2014. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМИ ЗА УЗОРКОВАЊЕ КРВИ**

Број јавне набавке: 387A/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара - ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМИ ЗА УЗОРКОВАЊЕ КРВИ бр. 387A/2014, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 28.10.2014. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Медицинско средство које се набавља у оквиру партије бр. 3 предметне јавне набавке описано је као „Set za uzimanje pune krvi za gasne analize (špric sa heparinom, zaštitni poklopac)“.

Препорука IFCC је да се за гасне анализе користи шприц са „сувим“, „балансираним“ хепарином у концентрацији 12-50 IU/mL (12.000-50.000 IU/L). С обзиром да у спецификацији није дефинисана концентрација хепарина, молимо Вас да прецизирате колико IU хепарина је потребно да садржи шприц?

ОДГОВОР:

2. Шприц за узимање пуне крви за гасне анализе треба да садржи хепарин у концентрацији 12-50 IU/mL крви.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
