



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД , Пастерова 2
СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуге одржавања и поправки магнетних резонанци, произвођача Siemens, број јавне набавке: 387Т/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије дана 19.11.2015.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

„Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку добара ЈН бр. 387Т/2015 Услуге одржавања и поправки магнетних резонанци, произвођача Siemens

Молимо Вас за појашњења конкурсне документације у поступку јавне набавке добара број 387Т/2015, то следеће:

1. Наручилац је у конкурсној документацији на страни 2 процењену вредност смањено у односу на прошлогодишњи тендер за набавку истих услуга за 1.200.000,00 динара, иако су апарати старији и самим тим подложнији квари и замени већег броја делова.

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се због смањивања буџета умањи тражени уптине функционалности апарата са 95% на 90% појединачно по апаратима.

2. Наручилац је у конкурсној документацији на страни 28, тачке 4.3 и 4.4 предлога Уговора навео да је функционалност апарата у вредности од 95% уптине од 365 дана годишње.

Молимо Наручиоца да измени овај члан, сходно страни 13 конкурсне документације где се напомиње да се уптине односи само на радне дане и то у времену од 7 до 19 часова.

3. На страни 49 конкурсне документације, Врста и опис услуге није наведено да је набавка Хелијума обавеза Наручиоца, па молимо да се то јасно назначи.“

ОДГОВОРИ:

1. За наручиоца није прихватљив предлог потенцијалног понуђача, те наручилац остаје при својим захтевима предвиђеним у конкурсној документацији.
2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са питањем.
3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са питањем.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ