



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 401

Датум: 28.03.2018. год.

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Затворени системи за узорковање крви број 121А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 21.03.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У партији 1 набављају се вакуум епрувете за венско вађење крви и састављена је од 25 ставки. Да ли је прихватљиво да се за ставку 1/22 понуде вакуум епрувете са литијум хепарином и гелом које су функционално одговарајуће обзиром да се користе за хитне анализе?

ОДГОВОР:

1. Није могуће понудити епрувете са литијум хепарином уместо епрувета са тромбином, јер се не добија иста врста узорка.

Комисија за јавну набавку
