



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 350.

Датум: 06.03.2017.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДУШЕЦИ ЗА БОЛЕСНИЧКЕ КРЕВЕТЕ И АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДУШЕЦИ, ЈАСТУЦИ И ЋЕБАД

Број јавне набавке 46К/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – ДУШЕЦИ ЗА БОЛЕСНИЧКЕ КРЕВЕТЕ И АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДУШЕЦИ, ЈАСТУЦИ И ЋЕБАД, број 46К/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 21.02.2017.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партије број 1: Душеци за болесничке кревете

Питање бр.1: „U javnoj nabavci br 47k/2017,u ostalnim obavezanim uslovima za partiju 1 piše "За густину пене Извештај о испитавању независне акредитоване лабораторије",питање је да ли поменути извештај може да замени технички лист са спецификацијама увозника пене?"

Одговор: Наручилац остаје при Осталим обавезним условима из конкурсне документације за јавну набавку бр.46К/2017. Понуђач је у обавези да достави за густину пене Извештај о испитавању независне акредитоване лабораторије.

Питање бр.2: „Zašto se ne traži Rešenje o upisu medicinskih dušeka u ALIMS-u, kada se zna da dušeke koje tražite kroz nabavku služe za kućnu upotrebu i ne ispunjavaju zdravstvene uslove? U protivnom nemojte tražiti garantini rok od 12 meseci, jer i sam dušek po vašoj specifikaciji nije namenjen uslovima i nameni koju tražite u nabavci. Ukoliko ne измените tendersku dokumentaciju i ne tražite da se dostavi Rešenje iz ALIMS-a, bacate sumnju da je ova nabavka unapred dogovorena za poznatog kupca koji ne ispunjava sve uslove za zaštitu pacijenata.”

Одговор: Предмет ове јавне набавке су душеци за болесничке кревете, а не антидекубитни душеци и наручилац није тражио Решење АЛИМС-а за исте да би омогућио већу конкуренцију. Напомињемо да се преко душека ставља постељина за коју није обавезно Решење АЛИМС-а. Право је наручиоца шта ће да захтева у Осталим обавезним условима, па тако и захтевани гарантни рок од минимум 12 месеци који је уобичајен за ову врсту добара. Дакле, наручилац остаје при захтеваном гарантном року. Што се тиче ваших навода да је „набавка унапред договорена за познатог купца“, наручилац исте сматра паушалним и неутемељеним, нарочито ако се има у виду да овако дефинисан услов наручиоца омогућава већем броју понуђача да поднесе понуду.

Питање бр.3: „U konkursnoj dokumentaciji za JN 46K/2017 u tehničkim karakteristikama za Partiju 1. Dušeci ,u opisu i svojstvima navlake koja ona mora da zadovoljava navedeno je izmedju ostalog i : * Navlaka mora biti otporna na dezinfekciona sredstva*.

Molim pojašnjenje : Na koju tačno vrstu dezinfekcionih sredstava ste mislili ?

Ovo je potrebno da znamo , zbog atestiranja u ovlašćenoj laboratoriji.”

Одговор: Дезинфекциона средства су предмет посебне јавне набавке наручиоца која се спроводи сваке године. Како у тој јавној набавци учествује више понуђача са различитим дезинфекционим средствима, то је одговор наручиоца на постављено питање: навлака мора бити отпорна на било које дезинфекционо средство.