



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1768.

Датум: 09.12.2016.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Број јавне набавке 492К/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет
страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА
ОПРЕМА, број 492К/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 28.10.2016.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Partija br.1: Operacioni sto za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

Pitanje br.1:

Stavka 1.8: Raspon visine stola minimum 750-1100 mm

Da li je moguće ponuditi operacioni sto raspona podešavanja po visini 600-1050 mm?

Odgovor: Traženi raspon visine omogućava jednostavniji i lakši rad kod različitih vrsta ginekološko-
akušerskih operacija, vaginalnih i abdominalnih, otvorenih ili endoskopskih, kao i pozicija operatora za
pojedine tipove operacija, njegovih fizičkih karakteristika i omogućava da se operacije mogu nesmetano
obavljati u sedećem i stojećem stavu. Pri mnogim operativnim zahtevima u oblasti ginekologije i
akušerstva, u skladu sad atom situacijom, neophodan je maksimalno nizak i maksimalno visok položaj
stola u cilju pružanja što kvalitetnije operativne terapije. Prema našim raspoloživim podacima više
ponuđača sa različitim modelima operacionih stolova ispunjava traženu minimalnu karakteristiku.
Naručilac ostaje pri traženim tehničkim karakteristikama i neće menjati konkursnu dokumentaciju.

Pitanje br.2:

Stavka 1.9: Trendelenburg i reverzibilni Trendelenburg minimum +/-35°

Da li je moguće ponuditi operacioni sto sa mogućnošću Trendelenburg i reverzibilni Trendelenburg +25/-35°, jer
mislimo da umanjenje od 5-10° u nagibu nema značajan uticaj na tok ginekoloških procedura? Ukoliko je
odgovor negativan, molim Vas za detaljno kliničko objašnjenje ovakvog tehničkog zahteva uz precizno
navođenje ginekoloških procedura gde je ovakav ekstremni položaj neophodan uz pomenutih +/-35° nagiba kao
i na koji način direktno utiče na krajnji ishod procedure i zdravlje pacijenta.

Odgovor: Tražene karakteristike omogućavaju minimum koji je potreban za rad u ustanovi tercijalnog nivoa gde se obavljaju najkomplikovaniji operacioni zahvati. Traženi nagib je izuzetno bitan kod eventualnog stanja šoka kao i kod specifičnih kombinacija pozicija. Tražena karakteristika je više nego otvorena za sve proizvođače posebni kada se uzme u obzir da stolovi koji se mogu naći u ponudi vaše firme imaju nagib koji ide i do $\pm 80^\circ$ što višestruko prevazilazi tražene karakteristike. Prema podacima koje posedujemo više ponuđača sa različitim modelima operacionih stolova ispunjava traženu minimalnu tehničku karakteristiku. Naručilac ostaje pri traženim tehničkim karakteristikama i neće menjati konkursnu dokumentaciju.

Pitanje br.3:

Stavka 1.10: Lateralni nagib minimum $\pm 23^\circ$

Da li je moguće ponuditi operacioni sto sa mogućnošću Lateralnog nagiba $\pm 20^\circ$, jer mislimo da umanjenje od 5° u nagibu nema značajan uticaj na tok ginekoloških procedura? Ukoliko je odgovor negativan, molim Vas za detaljno kliničko objašnjenje ovakvog tehničkog zahteva uz precizno navođenje ginekoloških procedura gde je ovakav ekstremni položaj neophodan uz pomenutih $\pm 25^\circ$ nagiba kao i na koji način direktno utiče na krajnji ishod procedure i zdravlje pacijenta.

Odgovor: Naručilac je već menjao traženu karakteristiku lateralnog nagiba kako bi se omogućilo učešće većem broju ponuđača, iako je svestan da praktično svi novi operacioni stolovi omogućavaju lateralni nagib duplo veći od traženog. Lateralni nagib je od izuzetnog značaja naročito u ginekološko-onkološkim operacijama (recimo Wertheim-Meigsova radikalna operacija kod kancera grlića materice) kad je potreban što bolji pristup bočnim, lateralnim intraabdominalnim strukturama, a posebno u gojaznih pacijentkinja. Stolovi koje poseduje firma koja je i uputila pitanja u svojoj ponudi ima lateralni nagib i dvostruko veći od traženog. I ne samo ona, nego, i prema podacima koje posedujemo, više ponuđača sa različitim modelima operacionih stolova ispunjava traženu minimalnu tehničku karakteristiku. Zbog toga naručilac ostaje pri traženim tehničkim karakteristikama i neće menjati konkursnu dokumentaciju.

Pitanje br.4:

Stavka 1.12: Nagib donje ploče leđa elektropodesiv približno $+80^\circ/-40^\circ$

Molim Vas da se ova tehnička karakteristika jasno precizira u smislu minimalnog raspona nagiba ili da se definiše dozvoljeno odstupanje od zadatih vrednosti. Takođe Vas molimo da se briše reč „elektropodesiv“ jer je već u stavci 1.1 definisan način upravljanja.

Odgovor: Nagib ploče leđa je tačno i precizno definisan tehničkom dokumentacijom pod stavkom 1.12 tehničke dokumentacije i glasi „Nagib donje ploče leđa elektropodesiv približno $+80^\circ/-40^\circ$ “. Reč elektropodesiv ostaje sastavni deo dokumentacije pošto se uz nju jasno i nedvosmisleno formuliše zahtev naručioca i ne ostavlja prostora da se ponudi sto čiji se stub pokreće elektromehanički ili elektrohidraulički a ploče pokreću na drugi način.

Pitanje br.5:

Stavka 1.14: Nagib ploče nogu elektropodesiv $\pm 90^\circ$

Da li je moguće ponuditi operacioni sto koji poseduje nagib ploča za nogu $+80^\circ/-90^\circ$, jer mislimo da umanjenje od $+10^\circ$ u nagibu nema značajan uticaj na tok ginekoloških procedura.

Ukoliko je odgovor negativan, molim Vas za detaljno kliničko objašnjenje ovakvog tehničkog zahteva uz precizno navođenje ginekoloških procedura gde je ovakav ekstremni položaj neophodan uz pomenutih $+90^\circ$ nagiba kao i na koji način direktno utiče na krajnji ishod procedure i zdravlje pacijenta. Takođe Vas molimo da se briše reč „elektropodesiv“ jer je već u stavci 1.1 definisan način upravljanja.

Odgovor: Pošto je tražena karakteristika operacionog stola, definisana minimalnim tehničkim karakteristikama, da je operacioni sto reverzan te ploča za noge može biti i ploča za leđa neophodno je tražena karakteristika. Prema podacima koje posedujemo više ponuđača na različitim modelima aparata ispunjava traženu minimalnu karakteristiku. Rec „elektropodesiv“ naručilac neće izostaviti iz dokumentacije pošto se uz nju jasno i nedvosmisleno formuliše zahtev naručioca i ne ostavlja prostora da se ponudi sto čiji se stub pokreće elektromehanički ili elektrohidraulički a ploče pokreću na drugi način. Naručilac ostaje pri traženim tehničkim karakteristikama i neće menjati konkursnu dokumentaciju.

Pitanje br.6:

Stavka 1.22: Goepel držač za noge, 2 komada

Ovakva vrsta držača nogu za ginekološki položaj je tehnološki zastarela, a takođe ima negativan uticaj na vaskularne strukture u podkolničnom delu prilikom ginekoloških procedura koje iziskuju duži vremenski period rada. Predlažemo da se ova stavka obriše i zameni sa „Držači nogu – čizme sa gasno asistiranom jednoručnom podrškom, par“ Ukoliko bi ste uvrstili ovu izmenu značajno biste unapredili način rada i sigurnost pacijenta.

Odgovor: Naručilac je definisao konkursnu dokumentaciju prema svojim zahtevima. Traženi „Goepel“ držači za noge predstavljaju standardni deo operacionog stola za potrebe ginekologije. Ne postoji proizvođač na svet koji nema i nemože da ispuni traženu karakteristiku na praktično svakom svom operacionom stolu u ponudi. Usvajanjem ovog zahteva bi samo dovelo do smanjenja broja potencijalnih ponuđača i nepotrebnog povećanja cene operacionog stola. Naručilac ostaje pri traženim karakteristikama i neće menjati konkursnu dokumentaciju. Ovo tim pre što se naručilac iz iskustva uverio da su se držači nogu – tkz. „čizme“ pokazali u praksi kao veoma kabasti delovi operacionog stola koji ograničavaju pristup instrumentarke operativnom polju i operatoru i na taj način otežavaju saradnju operatora i instrumentarke, odnosno efikasan timski rad tokom operacije.

Partija br.2: Operacioni sto za potrebe Klinike za ORL i MFH**Pitanje br.1:**

Stavka 1.10: Lateralni nagib minimum $\pm 23^\circ$

Da li je moguće ponuditi operacioni sto sa mogućnošću Lateralnog nagiba $\pm 20^\circ$, jer mislimo da umanjenje od 5° u nagibu nema značajan uticaj na tok ORL i MFH procedura? Ukoliko je odgovor negativan, molim Vas za detaljno kliničko objašnjenje ovakvog tehničkog zahteva uz precizno navođenje ORL i MFH procedura gde je ovakav ekstremni položaj neophodan uz pomenutih $\pm 25^\circ$ nagiba kao i na koji način direktno utiče na krajnji ishod procedure i zdravlje pacijenta

Odgovor: Naručilac je već manjao traženu karakteristiku lateralno nagiba kako bi se omogućilo učešće većem broju ponuđača iako je svestan da praktično svi novi operacioni stolovi omogućavaju lateralni nagib duplo veći od traženog. Taj dvostruko veći nagib se može naći i kod operacionih stolova proizvođača koji postavlja ovo pitanje dok se traženi lateralni nagib koristi kod standardnih procedura koje se svakodnevno obavljaju na instituciji tercijalnog nivoa. Prema podacima koje posedujemo više ponuđača (Maquet, Trumpf, Famed ...) na više svojih modela operacionih stolova ispunjava traženu minimalnu karakteristiku. Naručilac ostaje pri traženim tehničkim karakteristikama i neće menjati konkursnu dokumentaciju.

Pitanje br.2:

Stavka 1.12: Nagib donje ploče leđa elektropodesiv približno $+80^\circ/-40^\circ$

Molim Vas da se ova tehnička karakteristika jasno precizira u smislu minimalnog raspona nagiba ili da se definiše dozvoljeno odstupanje od zadatih vrednosti. Takođe Vas molimo da se briše reč „elektropodesiv“, jer je već u stavci 1.1 definisan način upravljanja.

Odgovor: Nagib ploče leđa je tačno i precizno definisan pod stavkom 1.12 tehničke dokumentacije i glasi „*Nagib donje ploče leđa elektropodesiv minimum $+80^\circ/-40^\circ$* “. Rec „elektropodesiv“ ostaje sastavni deo dokumentacije pošto se uz nju jasno i nedvosmisleno formuliše zahtev naručioca i ne ostavlja prostora da se ponudi sto čiji se stub pokreće elektromehanički ili elektrohidraulički a ploče pokreću na drugi način.

Pitanje br.3:

Stavka 1.14: Nagib ploče nogu elektropodesiv $\pm 90^\circ$

Da li je moguće ponuditi operacioni sto koji poseduje nagib ploča za nogu $+80^\circ/-90^\circ$ jer mislimo da umanjenje od $+10^\circ$ u nagibu nema značajan uticaj na tok ORL i MFH procedura? Samo operativno polje u ovakvim vrstama procedura ne zahteva ovoliko ekstremne stepene podešavanja, naročito prema gore. Ukoliko je odgovor negativan, molim Vas za detaljno kliničko objašnjenje ovakvog tehničkog zahteva uz precizno navođenje ORL i MFH procedura gde je ovakav ekstremni položaj nogu neophodan uz pomenutih $+90^\circ$ nagiba kao i na koji način direktno utiče na krajnji ishod procedure i zdravlje pacijenta. Takođe Vas molimo da se briše reč „elektropodesiv“ jer je već u stavci 1.1 definisan način upravljanja.

Odgovor: Pošto je tražena karakteristika operacionog stola, definisana minimalnim tehničkim karakteristikama, da je operacioni sto reverzan te ploča za noge može biti i ploča za leđa neophodno je tražena karakteristika. Prema podacima koje posedujemo više ponuđača na različitim modelima aparata ispunjava traženu minimalnu karakteristiku (Maquet, Trumpf, Famed...). Rec „elektropodesiv“ ostaje sastavni deo dokumentacije pošto se uz nju jasno i nedvosmisleno formuliše zahtev naručioca i ne ostavlja prostora da se ponudi sto čiji se stub pokreće elektromehanički ili elektrohidraulički a ploče pokreću na drugi način. Naručilac ostaje pri traženim tehničkim karakteristikama i neće menjati konkursnu dokumentaciju.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
