



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**Услуге одржавања и поправки ЦО2 инкубатора и ламинарних комора
различитих произвођача**

Број јавне набавке 448Т/2015

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

1. Један од ваших захтева је: Обавеза Извршиоца је да преузме замењене филтере из ламинарних комора.

Имајући у виду да се у неким коморама растварају цитостатици замењени филтри спадају у опасан отпад, ваша обавеза је да поступате у складу са Законом о управљању отпадом, Чалнови 8, 56 и 78.

Молимо вас да овај захтев промените у: „Обавеза Извршиоца да на адекватан начин припреми замењене филтере за даљи поступак,,.

На постављено питање дајемо следећи одговор:

1. Наручилац остаје при својим захтевима у конкурсној документацији.

13.01.2016. године

Комисија