



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 27.02.2017.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДУШЕЦИ
ЗА БОЛЕСНИЧКЕ КРЕВЕТЕ И АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДУШЕЦИ, ЈАСТУЦИ И ЋЕБАД**

Број јавне набавке 46К/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – ДУШЕЦИ ЗА БОЛЕСНИЧКЕ КРЕВЕТЕ И АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДУШЕЦИ, ЈАСТУЦИ И ЋЕБАД, број 46К/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 21.02.2017.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија број 1: Душеци за болесничке кревете

Питање бр.1: „С обзиром да се душеци за болесничке кревете користе у здравственој установи тј. Клиничком центру Србије, и да иду на болнички кревет, да ли душеци треба да поседују Решење АЛИМС-а ?”

Одговор: Није обавезно да је душек за болнички кревет регистрован код АЛИМС-а.

Питање број 2: „Да ли полиуретански материјал са којим треба да буду обложени душеци треба да трпи температуру од 134°C и да ли треба доставити сертификат независне лабораторије којим се то потврђује?”

Одговор: Навлака душека која се захтева конкурсном документацијом мора бити од материјала који трпи стерилизацију до 134°C. Уз понуду је потребно доставити сертификат независне акредитоване лабораторије којим се то потврђује.

Питање број 3: „ Да ли тканина која прекрива душек треба да је антиалергијска, антибактеријска и да је незапаљива односно да ли треба да ОЕКО Тех 100 произвођача?”

Одговор: Материјал од кога је израђена навлака душека, поред тога што је непропустна за воду и еластична, мора бити и антибактеријска и негорива. Негоривост и антибактеријско својство се доказује ОЕКО-ТЕХ 100 сертификатом произвођача материјала.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
