



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1454.

Датум: 07.11.2016.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Број јавне набавке 492K/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 492K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 28.10.2016.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: Редни број 1.2 – Молимо вас да нам појасните да ли под карактеристиком „плоча стола дозвољава рендгенско снимање“ подразумевате да бар три дела плоче морају бити пропусна за рендгенско снимање (глава, леђа и седални део)?

Одговор: Техничком документацијом је је између осталог дефинисано да је потребно да операциони сто поседује могућност промене позиције плоче за 180° што доводи до неопходности да целокупна плоча стола дозвољава рендгенско снимање.

Питање број 2: Редни број 1.3 – Дужина стола (укључујући и плочу главе) приближно 2100 мм. Молимо вас да прецизно дефинишете шта значи приближно. Мишљења смо да операциони сто треба да буде дужине минимално 2100 мм.

Одговор: Дужина стола је дефинисана цца 2100 мм како би се што већем броју понуђача омогућило учешће на предметној набавци. Како би били прецизнији наручилац ће направити измену конкурсне документације и прецизно дефинисати тражену дужину стола чиме ће се избећи евентуалне нејасноће.

Питање број 3: Редни број 1.8 – Распон висине стола минимум 600-900 мм.

Како би се омогућило учешће већег броја потенцијалних понуђача, молимо вас да дозволите да се понуди операциони сто са најнижом висином од 740 мм и ниже, јер оваквим захтевом не утиче на квалитет стола нити на његову ергономичност. У болницама се висина стола од 600 мм не користи, већ се овим захтевом само елиминише конкуренција.

Одговор: Услед рада хирурга у седећем положају објективна потреба наручиоца је да се операциони сто може прилагођавати према висини са акцентом на најнижу могућу висину операционог стола. Тражена минимална висина од 600 мм осигурава лакши и комфорнији рад хирурга нарочито када се узме у обзир да поједине интервенције трају дужи временски период и захтевају седећи положај хирурга. Испитивањем тржишта дошли смо до података да више произвођача испуњава тражену карактеристику. Остајемо при траженом захтеву и неће се вршити измена документације.

Питање број 4: Редни број 1.9 – Тренделенбург и реверзибилни Тренделенбург минимум $+25^{\circ}$ - 35° . Мишљења смо да и Тренделенбург и реверзибилни Тренделенбург треба да буду минимум 35° због сложености захтева на ОРЛ и МФХ, те вас молимо да се у складу са тим измени и захтев у конкурсној документацији.

Одговор: Тражена карактеристика је дефинисана према захтевима ОРЛ и МФХ хирургије и као таква је наведена у минималним техничким захтевима. Прихватиће се свака понуда за операциони сто који превазилази тражену карактеристику али се она неће мењати пошто би се тиме смањио број потенцијалних понуђача. Наручилац остаје при траженом захтеву.

Питање број 5: Редни број 1.10 – Латерални нагиб минимум $\pm 25^{\circ}$.

Мишљења смо да Латерални нагиб за потребе ОРЛ и МФХ треба да буде минимум $\pm 30^{\circ}$, због окретања главе, те вас молимо да се у складу са тим измени и захтев у конкурсној документацији.

Одговор: Тражена карактеристика је дефинисана према захтевима ОРЛ и МФХ хирургије и као таква је наведена у минималним техничким захтевима. Прихватиће се свака понуда за операциони сто који превазилази тражену карактеристику али се она неће мењати пошто би се тиме смањио број потенцијалних понуђача. Наручилац остаје при траженом захтеву.

Питање број 6: Редни број 1.13 – Нагиб плоче главе подесив приближно $\pm 45^{\circ}$.

Мишљења смо да Нагиб плоче главе за потребе ОРЛ и МФХ треба да буде минимум $\pm 50^{\circ}$, те вас молимо да се у складу са тим измени и захтев у конкурсној документацији.

Одговор: Тражена карактеристика је дефинисана према захтевима ОРЛ и МФХ хирургије и као таква је наведена у минималним техничким захтевима. Прихватиће се свака понуда за операциони сто који превазилази тражену карактеристику али се она неће мењати пошто би се тиме смањио број потенцијалних понуђача. Наручилац остаје при траженом захтеву.

Питање број 7: Редни број 1.15 – Дозвољено оптерећење стола мин.450 кг.

Обзиром да реално нема пацијената који би захтевали оволику минималну носивост, молимо вас да прихватите учешће са носивошћу мин.350 кг.

Одговор: Носивост стола се дефинише у централном положају стола. Пацијенти се током различитих захвата доводе у положај који није обавезно сваки пут централан. Са минималном траженом тежином од 450 кг омогућава се несметано манипулисање пацијентом без размишљања како ће се операциони сто понашати у тим условима. Сама носивост је у релацији са квалитетом израде операционог стола. Истраживањем тржишта дошли смо до сазнања да више понуђача поседује тражену карактеристику. Наручилац остаје при траженој карактеристици и неће мењати техничку документацију.

Питање број 8: Редни број 1.19 – Кратка једноделна плоча за ноге.

Мишљења смо да је потребно да плоча за ноге буде дводелна због лакше монтаже и демонтаже стола и лакше дезинфекције и одржавања, те вас молимо да се у складу са тим измени и захтев у конкурсној документацији.

Одговор: За потребе ОРЛ и МФХ хирургије једноделна плоча испуњава све потребне услове које намећу различите процедуре. Инсистирање на дводелној плочи, која је скупља, би само непотребно подигло цену стола код понуђача а не би се добило повећање објективних потреба наручиоца. Према испитивању тржишта дошли смо до информација да више понуђача поседује тражену карактеристику. Наручилац остаје при траженој карактеристици и неће мењати техничку едокументацију.

Питање број 9: Редни број 1.26 – Даљински управљач са каблом, даљински управљач са пуњачем ИР везе.

Како би се омогућило учешће већег броја потенцијалних понуђача, молимо вас да дозволите да се понуди оперативни сто који има само даљински управљач са каблом.

Одговор: Потребне су обе верзије даљинског управљача. Даљински управљач са каблом служи као сигурносни управљач уколико се ИР даљински искључи услед квара или испразњености док је ИР кабел потребан ради лакшег и једноставнијег рада у току саме операције (може се поставити према захтеву корисника и према захтеву оператера како би се олакшао рад самог оператера). Према подацима који су нам били доступни при изради документације више произвођача поседује тражену карактеристику. Наручилац остаје при траженој карактеристици и неће мењати техничку едокументацију.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
