



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 365.

Датум: 08.03.2017.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДУШЕЦИ
ЗА БОЛЕСНИЧКЕ КРЕВЕТЕ И АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДУШЕЦИ, ЈАСТУЦИ И ЋЕБАД**

Број јавне набавке 46К/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – ДУШЕЦИ ЗА БОЛЕСНИЧКЕ КРЕВЕТЕ И АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДУШЕЦИ, ЈАСТУЦИ И ЋЕБАД, број 46К/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 21.02.2017.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија број 1: Душеци за болесничке кревете

Питање бр.1: „1. U partiji 1 - dušek za bolesnički krevet naveli ste da se jednodelni dušek koji se sastoji iz 2 sloja uvlači u navlaku израђене od polieterske podloge i presvučene poliuretanskim filmom i pri tom ste dali tehničke karakteristike dušeka i navlake.

Pitanje : Da li se dušek direktno uvlači u traženu navlaku ili se pre toga presvlači nekom drugom tkaninom?“

Одговор: Душек се директно увлачи у навлаку израђену од полиестерске подлоге пресвучене полиуретанским филмом.

Партија број 3: Јастуци

Питање бр.2: „ Za partiju 3 - jastuk između ostalog u opisu je rečeno da se na košuljicu jastuka u vidu romba šepa koflin od 100% poliestera , a da gotov jastuk treba da bude optpran na pranje na višim temperaturama do 90 C. S obzirom da je i košuljica i koflin od 100 % poliestera nije moguće pranje na temperaturama do 90 C. Dozvoljena temperatura pranja koflina je do 40 C.“

Одговор: У јавним набавкама истих добара које су спроведене 2013 и 2015 године, прихватљиве понуде су доставила по три понуђача. У конкурсним документацијама, поменутих јавних набавки, „Остали обавезни услови“ индентични оним у јавној набавци бр. 46К/2017. У извештајима о истивању узорака готовог производа (јастука) акредитованих лабораторија:

- „CIS INSTITUT“ Београд, број извештаја 3137415 од 25.12.2015. године, и
- „TEXTIL INSPEKT“ Београд, број извештаја 4787/15/U од 15.12.2015. године

који су саставни део понуда понуђача, стоји „Декларисана вредност: отпорно на прање на 90°C и Добијене вредности: отпорна на прање-није дошло до промене облика, ни величини“.

Искуство наручиоца је индентично са резултатима испитивања акредитованих лабораторија за предметна добра (јастуке).

Према томе податак, који се наводи у захтеву за појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр.46К/2017, о дозвољеној температури прања кофлина до 40°C није тачан.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
