



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 21.11.2016. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ТЕСТОВИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНТНОМ МЕТОДОМ**

Број јавне набавке мале набавке: 502K/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке бр. 502K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 14.11.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ :

1. За који апарат су потребни тестови за дијагностику имунофлуоресцентном методом?

ОДГОВОР.

- Kod **IIF metode**- imunoglobulini se nakapavaju na euroimmunome supstrate (ezofagus-jednjak majmuna) a **mikroskopiranje se vrši na fluorescentnom mikroskopu proizvođača LAICA**
- Kod **DIF metode** - imunoglobulini se nakapavaju na supstrate koji su dobijeni sečenjem biopsija na criostatu . Vrsta aparata : cryostat microtome M855 proizvođač REICHERT **Mikroskopiranje se vrši na fluorescentnom mikroskopu**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ
