



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 413.

Датум: 16.03.2017.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДУШЕЦИ
ЗА БОЛЕСНИЧКЕ КРЕВЕТЕ И АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДУШЕЦИ, ЈАСТУЦИ И ЋЕБАД**

Број јавне набавке 46К/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – ДУШЕЦИ ЗА БОЛЕСНИЧКЕ КРЕВЕТЕ И АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДУШЕЦИ, ЈАСТУЦИ И ЋЕБАД, број 46К/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 21.02.2017.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија број 1: Душеци за болесничке кревете

Питање бр.1: „У јавној набавци бр 47к/2017,у осталим обавезним условима за партију 1 пише: Навлака мора бити перива на 95°С и могуће је стерилисати на температури до 134°С. Састав, одржавање, паропропусност и водотпорност навлаке се доказују сертификатом независне акредитоване лабораторије.

Pitanje je „po kojoj metodi se dokazuje mogućnost sterilizacije na temperaturi do 134 C,kao i da nam pomognete koja je to akreditovana laboratorija koja izdaje ovakav sertifikat.”

Одговор: Понашање материјала од кога је израђена навлака за душек, на температуру стерилизације, се испитује методом која је дефинисана стандардима ISO 5077:2006 и SRPS EN ISO 3759:2012. Све акредитоване лабораторије за испитивање ових врста добара раде ову врсту испитивања.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
