



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 10.04.2014.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуге одржавања и поправки ултразвучних апарата, произвођача Siemens

Број јавне набавке 99Т/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање:

1. На страни 13/46 Прилог 3, наручилац наводи да је понуђач дужан да врши превентивно и текуће одржавање са свим потребним резервним деловима и потрошним материјалом укључујући и ултразвучне сонде са следеће апарате:

1	Sonoline Antares	111458
2	Acuson Antares	115432
3	Acuson Sequoia C256	63222
4	Acuson Sequoia C256	62775
5	Acuson X300	311382
6	Acuson X300	321937

Обзиром да је за апарат под редним бројем 1 Sonoline Antares истекла обавеза Произвођача за испоруку резервних делова, молимо Наручиоца да у складу са тим изврши измену конкурсне документације.

Одговор:

1. Провером навода код произвођача утврдили смо да је апарат Sonoline Antares ван подршке са резервним деловима од 31.12.2013. године и у вези напред изнетог наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Клинички центар Србије
Елда Зијадић, дипл.правник