



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Потрошни материјал у васкуларној хирургији и кардиохирургији
Број јавне набавке 156А/2014**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара - Потрошни материјал у васкуларној хирургији и кардиохирургији бр. 156А/2014, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 22.04.2014. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Молимо за приближнији опис за партије 4, 5, 8 и 9 јер конкретно код ових партија канила постоји велики број потенцијалних варијанти облика врха и тела каниле (равне, повијене, праве, под углом, са металним врхом, армиране, без арматуре, malleable итд).
2. За партију бр. 8 – Да ли за ову партију треба понудити канилу за кардиоплегију са вент линијом или без ње?
3. За партију бр. 10 – Колико број крака желите да има адаптер и да ли је неопходно да има линију за вент?
4. За партије бр. 27, 28, 29 – Да ли је за све три наведене партије потребна ригидна канила са баскет врхом или је као опција за неке од партија прихватљива и флексибилна канила са балон врхом?

ОДГОВОР:

Наручилац овим путем обавештава све потенцијалне понуђаче у поступку јавне набавке у отвореном поступку бр. 156А/2014 Потрошни материјал у васкуларној хирургији и кардиохирургији да ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.