



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Број јавне набавке: 182А/2014**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара - Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију бр. 182А/2014, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 05.05.2014. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Da li za partije broj 11,12,13 i 14 (Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla ,8,7,6,5Fr,11cm), možemo da ponudimo uvodnike od 10cm?
2. Da li za partiju broj 20 (Hidrofilni dilatatori dijametra 5,,6,7,8,10,12Fr dužine 18cm),možemo da ponudimo dilatatore od 15,5cm?
3. Da li za partiju broj 44 (Kateter Multipurpose,5-6Fr,od 60-110m) možemo da ponudimo katetere od 100 i 110cm?
4. Da li za partiju broj 55 (Žica koronarna ,0,014,190cm i više), možemo da ponudimo koronarne žice od 180cm sa mogućnošću ekstenzije?

ОДГОВОРИ:

1. Za partije broj 11, 12, 13 i 14 (Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla - 8, 7, 6, 5 Fr - dužine 11 cm) **može se ponuditi** uvodnik dužine 10 cm.
- 2a. Za partiju broj 20 (hidrofilni dilatatori dijametra 5, 6 i 7 Fr **mogu se** ponuditi dilatatori dužine 15,5 cm.
- 2b. Za partiju broj 20 (hidrofilni dilatatori 8, 10 i 12 Fr ne mogu se ponuditi dilatatori od 15,5 cm.
3. Za partiju broj 44 (kateter Multipurpose, 5-6 Fr, dužine 60-110 cm) **mogu se** ponuditi kateteri dužine 100 i 110 cm.
4. Za partiju broj 55 (žica koronarna, 0,014, 190 cm i više) **mogu se** ponuditi koronarne žice dužine 180 cm sa mogućnošću ekstenzije.