



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 04.08.2014.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Тестови и потрошни материјал произвођача DADE Behring за потребе Клинике за гинекологију и
акушерство или одговарајући
Број јавне набавке 251A/2014**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке – Тестови и потрошни материјал произвођача DADE Behring за потребе Клинике за гинекологију и акушерство или одговарајући бр. 251A/2014, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 08.07.2014. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање бр. 1:

„Предмет јавне набавке су тестови и потрошни материјал произвођача Dade Behring који више не постоји као правно лице односно произвођач. Његов правни наследник, односно произвођач које је припојио Dade Behring је Siemens Healthcare Diagnostics, тако да сва документација као и ознаке тестова и потрошног материјала, сви сертификати и Решења АЛИМС носе ознаку Siemens Healthcare Diagnostics. Узимајући у обзир горе наведено нити један понуђач не може понудити тражена добра произвођача Dade Behring, па вас молимо да се определите да ли сте расписали јавну набавку за тестове и потрошни материјал произвођача Siemens Healthcare Diagnostics или неког другог.“

Одговор на питање бр. 1:

Како је произвођач Siemens Healthcare Diagnostics правни следбеник произвођача Dade Behring, то понуђачи, у оквиру своје понуде, уз сву документацију захтевану конкурсном документацијом која садржи ознаку произвођача Siemens Healthcare Diagnostics имају доставити документ којим се доказује правна веза између произвођача Dade Behring и произвођача Siemens Healthcare Diagnostics.

Питање бр. 2:

„Молим да нам тачно појасните за које апарате су тражена добра, како би могла да се достави адекватна понуда.“

Одговор на питање бр. 2:

Добра која су предмет јавне набавке бр. 251A/2014 користе се за следеће апарате:

- CA 1500
- BN ProSpec
- BFT II

Питање бр. 3:

„Молимо да се достави тачан број анализа или величина оригиналних паковања (каталогски број), како би могла да се да адекватна понуда за тражена добра. У супротном могу се понудити различите величине паковања, односно, различит број анализа и тиме се не би обезбедила конкурентност и упоредивост понуда што је супротно по ЗЈН.“

Одговор на питање бр. 3:

Наручилац ће у поступку јавне набавке у отвореном поступку бр. 251A/2014 - Тестови и потрошни материјал произвођача DADE Behring за потребе Клинике за гинекологију и акушерство или одговарајући извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.