



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ**

Број јавне набавке: 75А/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ бр. 75А/2014, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 26.02.2014. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ 1:

1. Да ли „Дозер за парентералне растворе“ треба да садржи коморицу за капање са филтером за ваздух и филтером честица?
2. Да ли материјал од кога је направљен треба да буде без DEHP?
3. Да ли инфузиона линија треба да садржи „Y“ конекцију за болус инјекције?

ПИТАЊЕ 2:

1. Да ли је у техничкој спецификацији партија 63, дошло до техничке грешке, с обзиром да су регистроване ендотрахеалне металне каниле величине од 10 mm, а конкурсном документацијом се тражи од 1 mm?

ОДГОВОР 1:

1. „Дозер за парентералне растворе“ треба да садржи коморицу за капање са филтером за ваздух и филтером честица.
2. Материјал од кога је направљен треба да буде без DEHP-а.
3. Инфузиона линија може, а и не мора да садржи „Y“ конекцију за болус инјекције.

ОДГОВОР 2:

1. Наручилац овим путем обавештава све потенцијалне понуђаче у поступку јавне набавке у отвореном поступку бр. 75А/2014 МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ да ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН, из разлога што је за партију број 63 дошло до техничке грешке.