



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 563.

Датум: 07.04.2016. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР

Број јавне набавке: 108K/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР, број 108K/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 16.03.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: „Stavka 2 . Lak za manevrisanje i transport, težina ventilatora ne veća od 6 kg

Pitanje: Da li je prihvatljivo da se ponudi respirator težine do 9,8 kg sa celokupnim priborom i dodatnim opcijama ?

Образложење: U prilici smo da Vam ponudimo transportni respirator visoke klase, sa ekranom 12 inča koji je predviđen baš za intenzivne nege i intrahospitalni transport. Zbog toga Vas molimo da uvažite naš zahtev.“

Одговор: Као прихватљиве понуде биће оцењене све које понуде вентилатор тежине до 10 kg, у погледу захтева под ставком бр. 2 из минималних техничких карактеристика конкурсне документације.

Питање број 2: „Stavka 4.1. VC-SIMV sa isporukom zadatog VT pod najmanjim mogućim pritiskom

Pitanje: Da li je prihvatljivo da se ponudi režim disanja V-SIMV, budući da je u pitanju ekvivalentan disajni režim, samo je u pitanju različito obeležavanje?“

Одговор: Будући да се ради о еквивалентном режиму дисања и да је у питању само различито обележавање, понуда која садржи апарат који има тако обележен систем дисања ће бити оцењена као прихватљива.

Питање број 3: „Stavka 4.2. PC-BIPAP

Pitanje: Da li je prihvatljivo da se ponudi režim disanja DUOLEVEL, budući da je u pitanju ekvivalentan disajni režim, samo je u pitanju različito obeležavanje?“

Одговор: Будући да се ради о еквивалентном режиму дисања и да је у питању само различито обележавање, понуда која садржи апарат који има тако обележен систем дисања ће бити оцењена као прихватљива.

Питање број 4: „Stavka 4.3. PC-AC

Pitanje: Da li je prihvatljivo da se ponudi režim disanja P-A/C , budući da je u pitanju ekvivalentan disajni režim, samo je u pitanju različito obeležavanje?“

Одговор: Будући да се ради о еквивалентном режиму дисања и да је у питању само различито обележавање, понуда која садржи апарат који има тако обележен систем дисања ће бити оцењена као прихватљива.

Питање број 5: „Stavka 4.4. SPN-PS (+VG)

Pitanje: Da li je prihvatljivo da se ponudi režim disanja CPAP-PS , budući da je u pitanju ekvivalentan disajni režim, samo je u pitanju različito obeležavanje?“

Одговор: Будући да се ради о еквивалентном режиму дисања и да је у питању само различито обележавање, понуда која садржи апарат који има тако обележен систем дисања ће бити оцењена као прихватљива.

Питање број 6: „Stavka 4.5. SPN-CPAP

Pitanje: Da li je prihvatljivo da se ponudi režim disanja CPAP-PSV , budući da je u pitanju ekvivalentan disajni režim, samo je u pitanju različito obeležavanje?“

Одговор: Будући да се ради о еквивалентном режиму дисања и да је у питању само различито обележавање, понуда која садржи апарат који има тако обележен систем дисања ће бити оцењена као прихватљива.

Питање број 7: “Stavka: 4.5 Ventilator ima opciju neinvazivne ventilacije u svim gore navedenim ventilacionim modovima sa automatskom kompenzacijom curenja.

Питање: Da li se ovde podrazumeva da se respirator isporučuje sa režimom neinvazivne ventilacije, ili je u pitanju kasnija nadogradnja?“

Одговор: Обавезно је да се испоручи вентилатор са режимом неинвазивне вентилације.

Питање број 8: “Stavka 6. „Open breathing“ system – neometano spontano disanje u volumenom kontrolisanim modovima ventilacije ili ekvivalentno.

Питање: Da li je prihvatljivo da se ponudi režim disanja P-SIMV, budući da je u pitanju ekvivalentan disajni režim, samo je u pitanju različito obeležavanje?“

Одговор: Будући да се ради о еквивалентном режиму дисања и да је у питању само различито обележавање, понуда која садржи апарат који има тако обележен систем дисања ће бити оцењена као прихватљива.

Питање број 9: “Stavka 8. Interna integrisana baterija kapaciteta 60 minuta, moguća nadogradnja do 8h.

Питање: Da li je prihvatljivo da se ponudi respirator sa integrisanom baterijom kapaciteta 120 minuta, sa mogućnošću nadogradnje dodatnom baterijom na 240 minuta?

Одговор: Да. Прихватљиво је да се понуди вентилатор са интегрисаном батеријом капацитета 120 мин, са могућношћу надоградње додатном батеријом на 240 мин.

Питање број 10: “Stavka 10. Maksimalna buka pri radu 40 dB

Питање: Da li je prihvatljivo da se ponudi respirator koji ima maksimalnu buku pri radu 45 dB?“

Одговор: Као прихватљив биће оцењен и вентилатор са максималном буком при раду од 45 dB.

Питање број 11: “U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku br.108k/2017, tražen je rok isporuke dobara od “najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora”. Da li može da se izmeni ova odrednica tako da rok isporuke bude najduže 90 dana od dana zaključenja ugovora?“

Одговор: Због потреба наручиоца, најдужи рок за испоруку предметних добара је 60 дана након потписивања уговора.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
