



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 20.10.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицинска опрема Кревети за ЈИН и ЈПИН

Број јавне набавке: 328K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема: Кревети за ЈИН и ЈПИН, број 328K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 15.09.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: У Вашем одговору од 09.10. на питање везано на тачке 1.12 и 2.12, а тиче се антистатичности тачкова, наводите да остајете при свом захтеву да сви тачкови морају бити антистатички.

Што се тиче Вашег одговора морамо да протестујемо јер одговор нема техничко оправдање.

Антистатичност кревета односно уземљење и спровођење електростатичког електрицитета се изводи на једној тачки, односно преко једног тачка који спроводи електростатички електрицитет у под. Сами тачкови нису антистатички него се на тај начин, преко једног проводљивог тачка, обезбеђује антистатичност целог кревета. За ту сврху никако није потребно да су сви тачкови проводљиви.

С тога сматрамо да Ваше образложење нема ни техничког ни научног основа и с обзиром да веома реномираних светских произвођача кревета за интензивну и полуинтензивну негу на тај начин (преко само једног тачка) обезбеђује антистатичност односно одсуство електростатичког електрицитета на кревету, тражимо да се наша примедба уважи као основана јер се тиме ни на који начин не умањују захтеване карактеристике и квалитет кревета. Шта више, веома кревета намењених за интензивну негу имају и могућност додатног уземљења (не као опција, него у основној варијанти кревета) у колико сам под није електростатички проводљив.

Одговор број 1: Како нам је безбедност болесника и особља које негује и лечи оболелог на кревету један од приоритета, желимо да кревети имају четири антистатичка тачка. Ако постоји само један такав тачак увек је питање да ли тај један тачак функционише адекватно, који је то тачак, могућа оштећења тачка током рада, транспорта,... Болесник је стално "прикључен" на електронску опрему, постоји и вероватноћа за коришћење дефибрилатора,...Из питања безбедности болесника и особља тражимо четири антистатичка тачка.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
