



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 556.

Датум: 06.04.2016. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: КРЕВЕТИ ЗА ЈИН И ЈПИН**

Број јавне набавке: 129К/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: КРЕВЕТ ЗА ЈИН И ЈПИН, број 129К/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 21.03.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: „Тачка 1.1, техничке спецификације наручиоца

У вези са обавезном техничком спецификацијом, страница 28 од 40 у делу минималне техничке карактеристике, молимо наручиоца да нам одговори на следећа питања:

Тачка 1.1. , Техничке спецификације наручиоца гласи:

„Основна конструкција кревета на два телескопска стуба подесива по висини”

Питање за наручиоца и сугестија понуђача гласи:

Желели би смо да укажемо да у овој минималној карактерistici кревета корисник захтева да кревет буде подесив по висини, не видимо зашто је важно да кревет буде искључиво на стубовима, ако и друга решења задовољавају овај захтев?

Већина произвођача производи кревете на систему полуга или макара. Неки произвођачи су чак и одустали од система са електричним телескопским стубовима, из више разлога, а најважнији је далеко мања цена одржавања, као и једноставнија замена мотора.

Због тога у циљу да се испоштује члан 10.3 ЈН- начело обезбеђивања конкуренциј, наш предлог би био да предметну карактеристiku дефинишете на следећи начин: Основна конструкција на стубовима, систему полуга или макара подесива по висини.”

Одговор: Захтевана техничка карактеристика да основна конструкција кревета буде на два телескопска стуба је боље техничко решење (ради се о електрохидрауличком мењању висине кревета, док ви сугеришете електромеханичко). Из искуства запосленог особља у ЈИН и у Служби одржавања као дуготрајнији и квалитетнији кревети су се показали они који имају контрукцију на два телескопска стуба. Како на нашем тржишту постоји бар 5 понуђача који испуњавају захтевану техничку карактеристiku, то наручилац остаје при захтеваној техничкој карактерistici под редним бројем 1.1 на страни 28 Конкурсне документације: „Основна конструкција кревета на два телескопска стуба подесива по висини

Питање број 2: „Тачка 1.7, техничке спецификације наручиоца:

„ Могућност RTG снимања целом дужином кревета без обавезног дела за смештај RTG касете”

Питање за наручиоца и сугестија понуђача гласи:

Не видимо разлог да кревет има могућност снимања целог тела пацијента, јер смо из разговора са медицинским особљем закључили да за тако нечим нема реалне потребе, нити се тако нешто ради у редовној медицинској пракси. Вероватно из тог разлога ни један од водећих произвођача не нуди такву опцију. Увидом у каталоге и корисничка упутства произвођача Hill Rom, Linet, Givas, Malvestio, Stiegemeyer, Vernipoll, Favero itd., нашли смо да сви имају лежећу плочу пропусну за X -зраке само у леђном и евентуално карличном делу.

Сугестија: сугеришемо наручиоцу да у складу са чланом 10.3 ЈН- начело обезбеђивања конкуренције, предметну карактеристiku дефинишете на следећи начин:

“Наслон леђа од материјала пропусног за X зраке, са носачем RTG касете”

Одговор: Одговор на ово питање биће садржан у измењеној конкурсној документацији.

Питање број 3: „Тачка 1.8, техничке спецификације наручиоца:

„Лежећа ploча се састоји из минимум 4 дела, израђена од материјала који се лако одржава и скида са кревета и пропусна је за X zrake”

Питање за наручиоца и сугестија понуђача гласи:

Материјал који се користи за израду лежећих ploча пропусних за X zrake је HPL или ређе карбонска влакна. Пошто се ради о ploчастом материјалу, који је немогуће обликовати тако да се сам фиксира на рам, произвођачи га шрафовима причвршћују на исти. Због тога, део захтева који се односи на могућност скидања са кревета није могуће испунити.

Претпостављамо да се наручиоцу поткрала грешка, па сугеришемо да се да се захтев измени и гласи: „Лежећа ploча се састоји из минимум 4 дела, израђена од материјала који се лако одржава и скида са кревета, изузев наслона леђа”

Одговор: Одговор на ово питање биће садржан у измењеној конкурсној документацији.

Питање број 4: „Тачка 1.11, техничке спецификације наручиоца

”Dodelene бочне заштитне оградe, које покривају минимум 2/3 дужине кревета, израђене од ливеног полипропилена или челика пресвученог електростатичком бојом отпорном на дезинфекциона средства и средства за прање, са системом меканог, једностепеног спуштања.”

Питање за наручиоца и сугестија понуђача гласи:

Наручилац је дао опис ограда које у себи имају уграђен систем са газном опругом, која има функцију успоравања ограда приликом спуштања. Такв систем је добар у нормалним околностима, тј., када не постоји потреба за брзим приступом пацијенту. Систем ”меканог” спуштања имају све оградe, у зависности од тога како се рукује са њима, али у hitним случајевима када је неопходно брзо ослободити приступ пацијенту, оградe које немају газну поругу су се показале као боље решење у пакси. Такође, оградe без газних опруга, захваљујући једноставнијој конструкцији, имају далеко дужи век трајања.

Молимо вас да нам објасните, која је клиничка предност једностепеног спуштања ограда у односу на двостепени, ако се нпр. приликом двостепеног спуштања ограда већ у првом степену ослобађа неометан приступ пацијенту и то целом дужином кревета?

Сугестија: Због тога у циљу да се испоштује члан 10.3 JN- начело обезбеђивања конкуренције, наш предлог би био да предметну карактеристiku дефинишете на следећи начин: Dodelene бочне заштитне оградe, које покривају целу дужину кревета, израђене од ливеног полипропилена или челика пресвученог електростатичком бојом отпорном на дезинфекциона средства и средства за прање, са системом за спуштање који је лак за руковање и обезбеђује брз приступ пацијенту.

Одговор: Наручилац остаје при захтеваној техничкој карактеристици под редним бројем 1.11 на страни 28 Конкурсне документације: „Dodelene бочне заштитне оградe, које покривају минимум 2/3 дужине кревета, израђене од ливеног полипропилена или челика пресвученог електростатичком бојом отпорном на дезинфекциона средства и средства за прање, са системом меканог, једностепеног спуштања”. Пошто се ради управо о креветима за ЈИИ, где пацијенти сами нити смеју, нити могу да устају, наручилац се одлучио за наведено техничко решење. Поред предходно наведеног, наручилац се приликом израде Конкурсне документације управо водио циљем да омогући што већем броју понуђача учешће у предметној јавној набавци, што захтевана техничка карактеристика и омогућава, за разлику од ваше сугестије.

Питање број 5: Тачка 1.12, техничке спецификације наручиоца

„Stranice узглавља и узножја израђене од ливеног полипропилена, челика или алуминијума, демонтажне, са механизмом аутоматског закључавања и откључавања на једно дугме са сваке стране странице”

Питање за наручиоца и сугестија понуђача гласи:

Увидом у каталоге и корисничка упутства водећих произвођача, нисмо нашли да неко поседује ову карактеристiku, посебно део који се односи на аутоматско закључавање. Такође систем са аутоматским закључавањем страница не би био добар за случај када је исте потребно брзо скинути са кревета. Из праксе је познато, да нпр. у јединицама интензивне неге странице увек остају откључане, како би медицинско особље што брже могло да има приступ глави пацијента. У случају да је наручилац током испитивања тржишта утврдио да неко од познатих произвођача поседује ову опцију, молимо да то и наведе у свом одговору.

Сугестија: Због свега наведеног у циљу да се испоштује члан 10.3 JN- начело обезбеђивања конкуренције, наш предлог би био да предметну карактеристiku дефинишете на следећи начин: Stranice узглавља и узножја израђене од ливеног полипропилена, челика или алуминијума, демонтажне, са механизмом закључавања и откључавања.

Одговор: Због лакшег скидања страница узглавља и узножја, наручилац се управо одлучио за систем скидања притиском на једно дугме. Свако понуђено решење, једнако овом или бољем од овог, наручилац ће оценити као прихватљиво.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ