



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 567.

Датум: 10.04.2016. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР

Број јавне набавке: 108K/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР, број 108K/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 16.03.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: „U minimalnim техничким karakteristikama, pod tačkom 4.4, zahtevano je da ponuđeni ventilator poseduje ventilacioni mod SPN-PS (+VG). Ovaj mod omogućava Pressure Support ventilaciju spontano dišućih pacijenata sa mogućnošću uključivanja garantovanog disajnog volumena. Disajni volumen se kod ovog moda garantuje tako što se pritisak podrške adaptira kako bi se postigao željeni disajni volumen. Pitanje: Da li je prihvatljivo da se ponudi aparat koji umesto tog moda poseduje ekvivalentni i bolji mod APVsimv? Ovaj mod takođe garantuje disajni volumen tako što se pritisak podrške adaptira kako bi se postigao željeni disajni volumen. Ovaj mod je takođe sinhronizovan sa pacijentom i koristiti se za spontano dišće pacijenta, a poseduje i minimalnu kontrolisanu frekvenciju - što je korisno za slučaj da pacijentov inspiratorni napor izostane. Kada se minimalna kontrolisana frekvencija postavi na minimum (npr. 1 udah/min) onda se ovaj mod praktično u potpunosti poistovećuje sa zahtevanim modom SPN-PS (+VG) koji uopšte i nema podešavanje minimalne frekvencije i koji se zbog toga mora oslanjati na apnea alarm i na apnea backup ventilaciju.“

Одговор: Будући да се ради о еквивалентном вентилационом моду, понуда која садржи апарат који има наведени вентилациони мод (APVsimv) ће бити оцењена као прихватљива.

Питање број 2: „U minimalnim техничким karakteristikama, pod tačkom 5, zahtevano je da ponuđeni ventilator poseduje "opciju neinvazivne ventilacije u svim ventilacionim modovima, sa automatskom kompenzacijom curenja". Pitanje: Da li je prihvatljivo da se kao ekvivalentno ovom zahtevu ponudi aparat koji poseduje automatsku kompenzaciju curenja do 85 l/min u svim modovima i automatsko prilagođavanje trigger-a curenju? Ovakve performanse svakako omogućavaju neinvazivnu ventilaciju u svim modovima iako proizvođač to ne iskazuje eksplicitno u svom katalogu jer poseduje posebne NIV i NIV-ST modove koji curenja kompenzuju od čak 260 l/min.“

Одговор: Понуда ће бити оцењена као прихватљива и ако се понуди апарат који поседује аутоматску компензацију цурења до 85 l/min у свим модовима и аутоматско прилагођавање trigger-а цурења. Обавезно је доказивање ове минималне техничке карактеристике, као и свих других захтеваних конкурсном документацијом.

Питање број 3: „U minimalnim техничким karakteristikama, pod tačkom 8, zahtevano je da ponuđeni ventilator poseduje integrisanu bateriju kapaciteta 60 min, sa mogućnošću nadogradnje na 8h. Pitanje: Da li je prihvatljivo da se ponudi aparat sa već integrisanom baterijom kapaciteta 4h, bez mogućnosti nadogradnje?“

Одговор: Како се ради о апаратима који ће се користити као транспортни најчешће за транспорт пацијената у кругу наручиоца и апарат са интегрисаном батеријом капацитета 4h, без могућности надоградње ће се сматрати прихватљивим.

Питање број 4: „U minimalnim техничким karakteristikama, pod tačkom 10, zahtevano je da ponuđeni ventilator u radu proizvodi buku od maksimalno 40 dB. Da li je prihvatljivo da se ovaj zahtev izbací iz minimalnih karakteristika jer u техничким спецификацијама већине произвођача овај податак није наведен.“

Одговор: У појашњењу конкурсне документације за јавну набавку бр.108K/2017, број 563 од 07.04.2017. године је дато појашњење: „Као прихватљив биће оцењен и вентилатор са максималном буком при раду од 45 dB“. Наручилац остаје при овом захтеву.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ