



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 751.

Датум: 23.05.2016. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СИСТЕМ МЕХАНИЧКЕ СТИМУЛАЦИЈЕ РАДА СРЦА**

Број јавне набавке: 125A/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – СИСТЕМ МЕХАНИЧКЕ СТИМУЛАЦИЈЕ РАДА СРЦА, број 125A/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 10.05.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: „У конкурсној документацији у прилогу број 7 – ВРСТА КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СИСТЕМ МЕХАНИЧКЕ СТИМУЛАЦИЈЕ РАДА СРЦА наведено је под редним бројем 1. „Пумпа за механичку потпору левом срцу за адолесценте и одрасле особе грацилније остеомускулатурне грађе.“ Да ли можете да измените конкурсну документацију на начин да прецизно дефинишете, односно да квантификујете који пацијенти одговарају горе наведеном опису и представљају особе „грацилније остеомускулатурне грађе“, како би били у могућности да припремимо одговарајућу понуду? „

Питање број 2: „Да ли у конкурсној документацији можете да прецизирате како понуђачи доказују испуњеност тако формулисаног захтева да је понуђено добро одговарајуће за особе „грацилније остеомускулатурне грађе?“

Одговор: Под особама грацилније остеомускуларне грађе подразумевају се особе у дечијем, адолесцентном и одраслом добу ниског BMI (body mass index). Код њих је индикована имплантација система механичке стимулације рада срца за интраперикардну уградњу мале тежине и димензија.

Питање број 3: „У конкурсној документацији у прилогу број 7 – ВРСТА КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СИСТЕМ МЕХАНИЧКЕ СТИМУЛАЦИЈЕ РАДА СРЦА наведено је под редним бројем 2. „Пумпа за механичку потпору левом срцу за адолесценте и одрасле особе нормалне остеомускулатурне грађе.“ Да ли можете да измените конкурсну документацију на начин да прецизно дефинишете, односно да квантификујете који пацијенти одговарају горе наведеном опису и представљају особе „нормалне остеомускулатурне грађе“, како би били у могућности да припремимо одговарајућу понуду?“

Питање број 4: „Да ли у конкурсној документацији можете да прецизирате како понуђачи доказују испуњеност тако формулисаног захтева да је понуђено добро одговарајуће за особе „нормалне остеомускулатурне грађе?“

Одговор: Под особама нормалне остемускуларне грађе подразумевају се особе у адолесцентном и одраслом добу нормалног или повишеног BMI.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
