



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 584.

Датум: 13.04.2016. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: КРЕВЕТИ ЗА ЈИН И ЈПИН

Број јавне набавке: 129K/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: КРЕВЕТ ЗА ЈИН И ЈПИН, број 129K/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 21.03.2017. године.
У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: „На страни 29. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.3 стоји:

“Електро подешавање висине кревета без душека: 380 – 800 mm”

Како би се омогућило учешће што већем броју потенцијалних понуђача, молимо да дозволите учешће кревета са подешавањем висине у опсегу 390-770 mm и боље. Стога Вас молимо да извршите измену у техничкој документацији, тако да позиција 1.3 гласи: “Електроподешавање висине кревета без душека: 390-770 mm.”

Одговор: Предложено повећање висине кревета од стране потенцијалног понуђача се уклапа у захтеване висине померања од стране наручиоца исказане кроз позицију 1.3 техничких карактеристика. Тако да ће понуда са могућношћу електро подешавања висине кревета без душека у границама од 390 до 770 mm, бити оцењена као прихватљива.

Питање број 2: „На страни 29. Конкурсне документације - А.1 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.3 стоји: „Странице узглавља и узножја израђене од ливеног полипропилена, челика или алуминијума, демонтаже, са механизмом аутоматског закључавања и откључавања на једно дугме са сваке стране странице“

Молимо вас да дозволите да се понуди кревет који има другачије техничко решење за осигурање страница узглавља и узножја, а не механизам за закључавање. Многи реномирани произвођачи не практикују стављање механизма за закључавање, због лакшег скидања страница узглавља и узножја у хитним случајевима, као и због тога што може доћи до квара тог механизма, што може у датом моменту да изазове несагледиве последице по здравље пацијента. Тако да вас молимо да прихватите и другачије техничко решење за осигурање страница узглавља и узножја, које је подједнако безбедно, а нема механизам за закључавање.

Одговор: Због лакшег скидања страница узглавља и узножја, наручилац се управо одлучио за систем скидања притиском на једно дугме. Свако понуђено решење, једнако овом или бољем од овог, наручилац ће оценити као прихватљиво.

Питање број 3: На страни 29. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.16 стоји:

“Ауто регресија мин 10 cm”

Мишљења смо да је ауторегресија изузетно битна за удобност пацијента, тако и за спречавање појаве декубитуса, те да је ауторегресија од 10 cm изузетно мала. Стога Вас молимо да извршите измену техничкој документацији, тако да позиција 1.16 гласи: “Ауторегресија мин. 15 cm.”

Одговор: Како је у техничким карактеристикама захтевано: “Ауто регресија мин 10 cm”, то подразумева да су за наручиоца прихватљиви и кревети са ауторегресијом од нпр. 15 cm.

Питање број 4: „Коментар на одговор наручиоца у вези са Тачком 1.1 конкурсне документације.

Тачка 1.1, Техничке спецификације наручиоца гласи:

„Основна конструкција кревета на два теслескопска стуба подесива по висини”

Питање за наручиоца и сугестија понуђача гласи:

У вашем одговору на претходно постављено питање се провлачи више нетачности и потпуно погрешних техничких података те нам је потребно додатно објашњење.

Систем полуга или маказа су техничка решења која користе готово сви произвођачи болничких кревета. Неки од произвођача су престали да уграђују телескопске стубове, јер су током година утврдили да (супротно тврдњи наручиоца) се мотори који су затворени унутар стуба чешће и више кваре због слабијег хлађења, него мотори који имају боље обструјавање ваздуха , што је случај са моторима који су уграђени на креветима са системом полуга, тј. маказа. Велика предност решења без стубова је то што се у случају квара мотор код система полуга далеко лакше замени, него цео телескопски стуб. Са друге стране мотори који нису у стубовима вишеструко мање коштају те се тиме штеди на постгарантном одржавању.

Највећа " грешка" у одговору наручиоца односи се на тврдњу, да је решење са стубовима концепцијски другачије јер је у питању електрохидраулични систем, а код система са маказама или полугама електромеханички. Одговорно тврдимо , да болнички кревет са електрохидрауличним системом не постоји. Наиме, у оба случаја (и код кревета на стубовима и код кревета са полугама) се ради о електромеханичким системима без икакве хидраулике. Болнички кревет који за подизање и спуштање лежеће плоче користи хидропумпу, а коју покреће електромотор не постоји.

Пошто се у одговору тврди да бар 5 произвођача има електрохидраулични систем подизања, молимо наручиоца да нам у одговору наведе те произвођаче. Такође молимо наручиоца да наведе произвођаче и моделе болничких кревета са електрохидрауличним системом, који су послужили као пример на основу кога су утврдили да су исти „дуготрајнији и квалитетнији“? Молимо наручиоца да нам достави студију стручних лица КЦС на основу које тврди да решење на полугама је лошије и мање квалитетно, како би произвођача којег заступамо обавестили о истраживањима у Србији и замолили за адекватан стручни одговор.

Сугестија: Такође молимо наручиоца да у техничким захтевима у тачки 1.1 прецизно наведе да се тражи електрохидраулични систем подизања, или дефинише карактеристику на следећи начин: Основна конструкција на стубовима, систему полуга или маказа подесива по висини.“

Одговор: На тржишту Србије постоје бар четири понуђача који су у стању да понуде кревете за јединице интензивне неге чија је основна конструкција кревета на два телескопска стуба подесива по висини (произвођача: Linet, IMO, Famed, Hill Rom ...). Наручилац је захтеваним минималним техничким карактеристикама за ову јавну набавку, обезбедио Начело обезбеђивања конкурентности. Наручилац у свему остаје при захтеваној минималној техничкој карактеристици под редним бројем 1.1 за ову јавну набавку: „Основна конструкција кревета на два телескопска стуба подесива по висини“

Питање број 5: „Тачка 1.11, техничке спецификације наручиоца

"Дводелене бочне заштитне оgrade, које покривају минимум 2/3 дужине кревета, израђене од ливеног полипропилена или челика пресвученог електростатичком бојом отпорном на дезинфекциона средства и средства за прање, са системом меканог, једнотепеног спуштања."

Питање за наручиоца и сугестија понуђача гласи:

У одговору на претходно постављено питање наручилац наводи, да се због безбедности пацијената одлучио за техничко решење описано у минималним техничким захтевима.

Мислимо да нико, сем за то овлашћених стручних комисија и агенција, нема капацитет да даје оцену сигурности и квалитета и функционалности сигурносних ограда. Ако сигурносне оgrade неког произвођача задовољавају највише светске и европске безбедносне стандарде за сигурносне оgrade (као и цео производ), конкретно IEC 60601-2-52:2010, како је могуће да такав производ не задовољава безбедносне стандарде само у Србији?

Сугестија: Молимо наручиоца да омогући учествовање у набавци свим понуђачима чији производи поседују безбедносни стандард IEC 60601-2-52 и тачку 1.11 дефинише на следећи начин: Дводелне бочне заштитне оgrade, које покривају најмање 2/3 кревета, израђене од ливеног полипропилена или челика пресвученог електростатичком бојом отпорном на дезинфекциона средства и средства за прање, са системом за спуштање који је лак за руковање и обезбеђује брз приступ пацијенту и најмање задовољавају стандард IEC 60601-2-52.

Одговор: Одговор и на ово питање је индентичан на предходно. Наручилац је крајем 2016 године спровео поступак јавне набавке истоветних добара и на истом имао више понуда које су испуњавале захтеване минималне карактеристике које су индентичне овим из Ј.Н. број 129K/2017. Наручилац у свему остаје при захтеваним минималним карактеристикама.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

.....