



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1031.

Датум: 03.08.2017. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Број јавне набавке: 311К/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 311К/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 21.07.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.10

Питање број 1: „Ставка 10.3.5 Flowtrigger 0,3-10 l/min“

Да ли је прихватљиво да се понуди апарат који поседује Flowtrigger 0,5-15 l/min?

Одговор: *Naručilac ostaje pri traženom uslovu. Flowtrigger je parameter koji određuje koju vrednost pacijentovog spontanog disanja aparat prepoznaje i zatim pruža podršku pacijentu prilikom disanja. Donja vrednost od 0,3 l/min je jako bitna jer aparat za anesteziju mora da ima mogućnost da prepozna i “slabe” spontane udisaje pacijenata kako bi pružio adekvatnu potporu pacijentu. Svi vodeći svetski proizvođači GE, Maquet, Drager imaju Flowtrigger u traženom opsegu.*

Питање број 2: „Ставка 10.4.9 Графички и табеларни приказ трендова симултано са кривама“

Да ли је прихватљиво да се ова ставка промени тако да гласи : Графички и табеларни приказ трендова ?

Одговор: *Naručilac može da prihvati sugestiju zainteresovanog ponuđača. Stavka može da glasi: “Aparat mora posedovati prikaz trendova”*

Питање број 3: „Ставка 10.4.10 Дигитални приказ притиска медицинских гасова (како из централног довода, тако и из боца) на екрану апарата за анестезију“

Да ли је прихватљиво да се ова ставка промени тако да гласи : Приказ притиска медицинских гасова (како из централног довода, тако и из боца) на апарату за анестезију ?

Одговор: *Ne prihvata se sugestija zainteresovanog ponuđača. Digitalni prikaz pritiska medicinskih gasova na ekranu na aparatu za anesteziju je glavna sigurnosna osobina svih aparata za anesteziju, anesteziolog za vreme vođenja anestezije mora sve vreme na glavnom ekranu aparata imati prikaz vrednosti pritiska medicinskih gasova kako bi mogao hitno da reaguje ukoliko nestane npr. kiseonika za vreme operacije. Alternativna rešenja, gde se vrednost pritiska mogu videti npr. na manometrima koji se nalaze na poleđini aparata ili nekom drugom nepreglednom mestu, nisu prihvatljiva jer su nebezbedna pošto može doći do situacije da nestane medicinskih gasova, a da anesteziolog ne primeti i ne reaguje na vreme. Svi vodeći svetski proizvođači ispunjavaju traženu karakteristiku, GE, Maquet, Drager...*

Партија бр.11

Питање број 4: „Ставка 11.2 Лак за маневрисање и транспорт, тежина вентилатора максимално до 6 кг“

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : Лак за маневрисање и транспорт, тежина вентилатора максимално до 10 кг.

Одговор: *Ne prihvata se sugestija zainteresovanog ponudjača. Napominjemo da je predmet nabavke transportni respirator čija je osnovna primena ventilacija teško povređenih pacijenata prilikom transportna sanitetskim vozilima, a ne nabavka stacionarnih respiratora čija je namena ventilacija pacijenata u jedinicama intenzivne nege i jedinicama poluintenzivne nege. Prilikom transporta pored respiratora, tehničari moraju nositi mnogo dodatne opreme koja je teška (boce sa kisenikom, reducirati, defibrilatori....), ukoliko bi sam respirator bio teži od 6 kilograma značilo bi da jedan tehničar ne može da ponese svu opremu koja je neophodna za zbrinjavanje pacijenta.*

Svi vodeći svetski proizvođači ispunjavaju traženu karakteristiku (Weinmann, Covidien, Magnamec, Drager)

Питање број 5: „Ставка 11.4.1VC-CMV“

Да ли је прихватљиво да се ова ставка уклони из техничких карактеристика.

Одговор: Ne prihvata se sugestija zainteresovanog ponuđača. VC-CMV ili volumenom kontrolisana mandatorna ventilacije je najosnovniji mod ventilacije i najčešće upotrebljavan mod ventilacije u ventilaciji prilikom transporta pacijenata. Naručilac prihvata i ekvivalentne modove ventilacije. Svi svetski proizvođači imaju ventilator koji ima volumenom kontrolisanu mandatornu ventilaciju.

Питање број 6: „Ставка 11.8.7 Инспираторни проток до 100 L/min“

Да ли је прихватљиво да се понуди респиратор са максималним протоком од 210 L/min.

Одговор: U konkursnoj dokumentaciji definisane su minimalne tehničke karakteristike, ukoliko neko ponudi iste ili bolje karakteristike, ponuda će biti prihvatljiva.

Питање број 7: „Ставка 11.10 Уз апарат потребно је испоручити носач за транспорт вентилатора, боцу за O₂ запремине 3л, пацијент црева, маску за неинвазивну вентилацију, прикључно црево за централни довод кисеоника или кисоник из боце минимум дужине 3 метра.“

Да ли је прихватљиво да уместо носача за транспорт вентилатора, вентилатор поседује уграђену ручку за ношење ?

Одговор: Ne prihvata se sugestija zainteresovanog ponuđača. Svi transportni respiratori se isporučuju sa nosačima koji su najčešće napravljeni sa pregradama ili odeljcima gde se može staviti ostala neophodna sitnija oprema prilikom ventilacije pacijenata (tubusi, laringijalne maske, larigoskopi...). Ukoliko bi respirator imao samo ručku to bi dodatno komplikovalo upotrebu transportnog respiratora, napominjemo da je predmet javne nabavke transportni respiratori, a ne stacionarni respiratori koji često imaju integrisane ručke.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
