



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:
Датум: 29.10.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска опрема ГАСТРОСКОП
Број јавне набавке: 321К/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема: ГАСТРОСКОП, број 321К/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 09.10.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: Видео ендоскоп – Гатроскоп 2.2.1. :Да ли је прихватљиво да слика буде у HD+ резолуцији?

HDTV је стандард са резолуцијом 1920x1080 пиксела, а Видео гатроскоп произвођача Pentax поседује HD+ резолуцију 1920x1280 пиксела где је резолуција и већа од захтеване, али није од суштинске разлике (различити произвођачи).

Наручилац не може да се ограничава само на један формат резолуције будући да је HDTV или HD+ резолуција апсолутно прихватљива, будући да оба формата дају слику високе резолуције коју поседују последње генерације сва три светска произвођача флексибилне ендоскопске опреме.

Одговор број 1: Прихватљиво је да слика буде и у HDTV и у HD+ резолуцији. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање број 2: Видео ендоскоп – Гатроскоп 2.2.2. :Да ли је прихватљиво да процесор на излазу има слику у HD+ резолуцији?

HDTV је стандард са резолуцијом 1920x1080 пиксела, а Видео процесор произвођача Pentax поседује HD+ резолуцију 1920x1280 пиксела где је резолуција и већа од захтеване, али није од суштинске разлике (различити произвођачи).

Наручилац не може да се ограничава само на један формат резолуције будући да је HDTV или HD+ резолуција апсолутно прихватљива, будући да оба формата дају слику високе резолуције коју поседују последње генерације сва три светска произвођача флексибилне ендоскопске опреме.

Одговор број 2: Прихватљиво је да на излазу слика буде и у HDTV и у HD+ резолуцији. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање број 3: Монитор медицински ЛЦД између 24 до 26 " 3.1: на постављено питање „Да ли је прихватљиво да резолуција монитора буде 1920 (H) x 1080 (V) пиксела и осветљење 450cd/m²?” одговорили сте 15.10.2015. године и истовремено извршили измену у Конкурсној документацији „1920x1200 piksela, 400cd/m², 178° *ili* 1920x1080 пиксела, 450cd/m², 178°“

У Конкурсној документацији коју сте поново изменили и објавили 23.10.2015. године избрисали сте измену коју сте унели у Конкурсну документацију од 16.10.2015. године на основу горе наведеног постављеног питања.

Молимо Вас да вратите измењену техничку карактеристику „*ili* 1920x1080 пиксела, 450cd/m², 178°“ и неоправдано се ограничаваате само на један формат слике, будући да је разлика у односу страница HxV коју мора да прати одређена резолуција а не у квалитету слике. Различити произвођачи користе различите формате слике и оба формата (16:9 или 16:10) дају слику високе резолуције.

Одговор број 3: Обе техничке карактеристике монитора су прихватљиве. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

