



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 28.09.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска опрема за потребе Центра за анестезиологију
Број јавне набавке: 328K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема: Кревети за ЈИН и ЈПИН, број 328K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 15.09.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: 1.2 захтевате електро подешавање висине кревета без душека 400-750mm. Да ли је прихватљиво понудити кревет са подешавањем висине 530-930mm с'обзиром да је тражена разлика измедђу најнижег и највишег нивоа 35 cm, а ми нудимо 40 cm?

Одговор број 1: Ради лакше мобилизације болесника током рада са физиотерапевтима и са медицинским техничарима, ова висина кревета је лакша и сигурнија за покретање и седење болесника. Тако да смо се из тих разлога одлучили за ове висине (односно нижу почетну висину).

Питање број 2: 1.3 захтевате носивост кревета мин 220 кг. Да ли је прихватљиво понудити кревет са носивошћу од 170кг, која представља горњу границу разумне тежине за 99% популације?.

Одговор број 2: Због развоја баријатријске хирургије, све већег броја гојазних особа у нашој популацији, превода из других установа гојазних особа у наше, потпуног недостатка кревета који могу да носе ову тежину одлучили смо се да буду кревети са већом носивошћу.

Питање број 3: 1.10 захтевате 4 сигурносне ограде израђене од метала, са обореним ивицама ради спречавања повреда пацијената. Да ли је прихватљиво понудити кревет са 4 заобљене сигурносне ограде израђене од PP/ Полипропилен пластике, коју карактерише цврстоћа једнака металу, а пружа већу сигурност од повреда и која је стандард за израду медицинског намештаја?

Одговор број 3: Можемо прихватити овакву понуду.

Питање број 4: 1.12 захтевате точове кревета пречника 150mm, антистатичке. Да ли је прихватљиво понудити кревет са антистатичким точковима пречника 125mm који представља стандард за медицинске кревете, а и одговара самој носивости кревета?.

Одговор број 4: Ова величина (150 mm), одговара већој носивости кревета.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
