



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 09.11.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицинска опрема: Респиратори и апарат за анестезију

Број јавне набавке: 371K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема: Респиратори и апарат за анестезију, број 371K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 16.10.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1:

Партија 1 – Респиратор

Ставка 3 : Вентилациони модови : Волуменом контролисани :

VC-CMV

VC-SIMV

VC-AC

VC-MMV

Ставка 4 : Притиском контролисани:

PC-BIPAP

PC-SIMV

PC-AC

PC-APRV

PC-PSV

Ставка 5 : Спонтани

SPN-CPAP/PS

SPN-CPAP/VS

С обзиром да су назначене скраћенице вентилационих модова преписане из каталога произвођача „Draeger“ , да ли је могуће понудити респиратор који има еквиваленте модове дисања али са другачијим скраћеницама?

Одговор број 1: Прихватљиво је понудити и респиратор који има другачије називе модова вентилације, ако су перформансе исте.

Питање број 2: Ставка 6 : Неинвазивна вентилација у свим вентилационим модовима (притиском И волуменом контролисаним са аутоматском компензацијом цурења од 180l/min)

Да ли је могуће понудити респиратор који поседује поменути карактеристику са аутоматском компензацијом цурења од 65l/min, јер се компензација цурења већа од 60l/min не користи у клиничкој пракси а тиме би сте обезбедили већу конкурентност међу потенцијалним понуђачима?

Одговор број 2: Није прихватљив респиратор са компензацијом цурења 65l/min, јер је то премало, поготово у неинвазивној вентилацији, где често долази до великих цурења, стога респиратор мора поседовати велику компензацију цурења како би се вентилирање пацијента могло нормално наставити и поред присутног цурења.

Питање број 3: Ставка 8 : Вентилатор има аутоматску тубусну компензацију (инспираторну И експираторну)

Молимо Вас да ову ставку избришете јер ову карактеристику поседује само један светски произвођач чиме онемогућава остале референтне светске произвођаче да понуде свој апарат.

Одговор број 3: Аутоматска тубусна компензација је изузетно битна ставка коју поседује већина светских произвођача. Аутоматска компензација тубуса је јако битна нарочито у пред фази екстубације пацијента.

Питање број 4: Колор екран осетљив на додир за приказ криви И параметара вентилације минималне величине 15 инча

Да ли је могуће понудити респиратор који поседује колор екран осетљив на додир минималне величине 12 инча јер ова карактеристика не утиче на сам рад апарата и не треба бити ограничавајући фактор за ову набавку, а тиме би сте обезбедили већу конкурентност међу потенцијалним понуђачима?

Одговор број 4: На ово питање је већ одговорено 6.11.2015.

Питање број 5: Stavka 11 : Вентилатор има софтвер на српском језику као И интегрисан "HELP" на српском језику

Молимо Вас да ову ставку избришете јер ова карактеристика не утиче на сам рад апарата и не треба бити ограничавајући фактор за ову набавку, а тиме би сте обезбедили већу конкурентност међу потенцијалним понуђачима.

Одговор број 5: На ово питање је већ одговорено 6.11.2015.

Питање број 6: Ставка 14.1 : Респираторни (тидални) волумен 10ml-3l

С обзиром да је назначена карактеристика преписана из каталога произвођача „Draeger“, да ли је могуће понудити респиратор који поседује Респираторни волумен 100ml -4l?

Одговор број 6: Наручилац остаје при дефинисаним условима, због специфичности патологије, више произвођача испуњава дефинисану карактеристику, наравно да су прихватљиве понуде које понуде шире опсега од тражених

Питање број 7: Ставка 14.4 : Време инспирације 0.1 до 10 секунди

С обзиром да је назначена карактеристика преписана из каталога произвођача „Draeger“, да ли је могуће понудити респиратор који поседује Време инспирације од 0.1 до 5 секунди?

Одговор број 7: Наручилац остаје при дефинисаним условима, у клиничкој пракси често се користи дуго време трајања инспирације приликом IRV (inverse ratio ventilation) и приликом "recruitment" маневара.

Питање број 8: Ставка 14.7 : Подешавање осетљивости triggera 0.2 -15 l/min

С обзиром да је назначена карактеристика преписана из каталога произвођача „Draeger“, да ли је могуће понудити респиратор који поседује Подешавање осетљивости triggera од 0-100% јер одређени произвођачи имају различите врсте мерења за одређене параметре?

Одговор број 8: Прихватљива су решења која поседују тражене карактеристике, а другачије означена (проценти или проток).

Питање број 9: Ставка 15.16 : Тренд минимум 5 дана за пацијенте који су дуже време на вентилацији

Да ли је могуће понудити респиратор који поседује Тренд од минимум 1 дан јер ова карактеристика не утиче на сам рад апарата и не треба бити ограничавајући фактор за ову набавку, а тиме би сте обезбедили већу конкурентност међу потенцијалним понуђачима?

Одговор број 9: Тренд од једног дана је премали и не пружа интензивисти податке о стању пацијента у претходним данима, што је од изузетне важности у лечењу пацијената.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
