



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1530.

Датум: 16.11.2016. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: КРЕВЕТИ ЗА ЈИН И ЈПИН**

Број јавне набавке: 476K/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: КРЕВЕТ ЗА ЈИН И ЈПИН, број 476K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 04.11.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: На страни 29. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.2 стоји:

“Спољне димензије

Дужина: 2150 – 2250 mm

Ширина: 980 – 1050 mm”

Мишљења смо да минимална дужина кревета треба буде 2.250 mm, ради удобнијег смештања високих пацијената и максимална ширина кревета треба да буде 980 mm, због ширине врата кроз која кревети пролазе. Стога Вас молимо да извршите измену у техничкој документацији, тако да позиција 1.2 гласи:

“Спољне димензије: Дужина минимално 2150 mm; Ширина: максимално 980 mm.”

Одговор број 1: Димензије кревета су дате за већину понуђача са прихватљивим димензијама, а све са циљем да се повећа конкурентност већег броја понуђача. Наручиоц остаје при захтеваној техничкој карактеристици.

Питање број 2: На страни 29. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.3 стоји:

“Електро подешавање висине кревета без душека: 380 – 800 mm”

Како би се омогућило учешће што већем броју потенцијалних понуђача, молимо да дозволите учешће кревета са подешавањем висине у опсегу 390-770 mm и боље. Стога Вас молимо да извршите измену у техничкој документацији, тако да позиција 1.3 гласи: “Електроподешавање висине кревета без душека: 390-770 mm.”

Одговор број 2: Предложено повећање висине кревета од стране потенцијалног понуђача се уклапа у захтеване висине померања од стране наручиоца исказане кроз позицију 1.3 техничких карактеристика. Тако да наручиоц остаје при захтеву из конкурсне документације.

Питање број 3: На страни 29. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.7 стоји:

“Могућност РТГ снимања од главе до карлице као и употреба С лука. Кревет мора имати место предвиђено за постављање RTG касете”

Мишљења смо да је изузетно битно да цела лежећа плоча кревета буде пропусна за RTG зраке, јер се на тај начин омогућава снимање пацијента без потребе да он напушта исти. Стога Вас молимо да извршите измену техничкој документацији, тако да позиција 1.7 гласи: “Могућност RTG снимања целом дужином кревета и компатибилност са Ц луком. Кревет мора имати тунел за РТГ касету.”

Одговор број 3: Одговор на ово питање биће предмет измене конкурсне документације.

Питање број 4: На страни 29. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.10 стоји:

“Носачи за прибор (за дренаже и урин кесе) са обе стране кревета на оградама кревета”

Молимо Вас да проверите да ли је дошло то техничке грешке у овој позицији. Носачи за прибор, куке за дренажне и урин кесе се налазе са обе стране кревета, на самој конструкцији кревета, а не на

оградама. Стога Вас молимо да извршите измену техничкој документацији, тако да позиција 1.10 гласи: “Носачи за прибор (за дренажне и урин кесе) по 4 са обе стране кревета.”

Одговор број 4: Одговор на ово питање биће предмет измене конкурсне документације.

Питање број 5: На страни 29. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.11 стоји:

“Дводелне бочне заштитне ограде, целом дужином, израђене од ливеног полипропилена или челика пресвученог електростатском бојом отпорном на дезинфекциона средства и средства за прање, са сиситемом меканог, једноступеног спуштања”

Молимо да дозволите учешће кревета са дводелним бочним оградама које покривају минимално 2/3 дужине кревета, јер се на та начин не угрожава безбедност пацијента, а у многоме се олакшава рад медицинском особљу, због бољег приступа пацијенту. Стога Вас молимо да извршите измену у техничкој документацији, тако да позиција 1.11 гласи: “Дводелне бочне заштитне ограде које покривају минимално 2/3 дужине кревета, израђене од ливеног полипропилена или челика пресвученог електростатском бојом отпорном на дезинфекциона средства и средства и средства за прање, са сиситемом меканог, једноступеног спуштања.”

Одговор број 5: Одговор на ово питање биће предмет измене конкурсне документације.

Питање број 6: На страни 29. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.16 стоји:

“Ауто регресија мин 10 цм”

Мишљења смо да је ауторегресија изузетно битна за удобност пацијента, јер је душек потрошан материјал, а различити произвођачи имају различите карактеристике душека, као и за спречавање појаве декубитиса, те да је ауторегресија од 10 цм изузетно мала. Стога Вас молимо да извршите измену техничкој документацији, тако да позиција 1.16 гласи: “Ауторегресија мин. 15 цм.”

Одговор број 6: Како је у техничким карактеристикама захтевано: “Ауто регресија мин 10 цм”, то подразумева да су за наручиоца прихватљиви и кревети са ауторегресијом од нпр. 15 цм.

Питање број 7: Како се кревети за интензивну негу константно перу и дезинфикују, мишљења смо да је неопходно да имају степен заштите IP54. Стога Вас молимо да извршите измену у техничкој документацији, и да додате позицију: “Степен заштите IP54”.

Одговор број 7: Степен заштите IP54 нема никакве везе са начином одржавања кревета у Клиничком центру Србије, па према томе за оваквим захтевом од стране наручиоца нема потребе.

Питање број 8: На страни 30 конкурсне документације – Остали обавезни услови, тачка 2 стоји:

„Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему (модел не старији од 5 година) која је произведена у 2015 или 2016 години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота и **оригиналом изјаве произвођача** да модел понуђене опреме није старији од 5 година и да је исти произведен у 2015 или 2016 години”

Мишљења смо да не треба набављати кревете који су произведени пре 2 године, те Вас молимо да извршите измену конкурсне документације и да тачка 2 Осталих обавезних услова гласи:

“Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему (модел не старији од 5 година) која је произведена у години објављивања Јавне набавке. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота и оригиналном изјавом произвођача да модел понуђене опреме није старији од 5 година и да је исти произведен у години објављивања тендера.”

Одговор број 8: Наручиоц остаје при захтеваној техничкој карактеристици, како би и на овај начин омогућио што већем броју потенцијалних понуђача да учествују у овој јавној набавци.

Питање број 9: На страни 36. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 2 стоји:

“Спољне димензије

Дужина: 2150 – 2250 mm

Ширина: 980 – 1050 mm”

Мишљења смо да минимална дужина кревета треба буде 2.250 мм, ради удобнијег смештања високих пацијената и са максимална ширина кревета треба да буде 980 мм, због ширине врата кроз која кревети пролазе. Стога Вас молимо да извршите измену у техничкој документацији, тако да позиција 2 гласи:

“Спољне димензије: Дужина минимално 2150 мм; Ширина: максимално 980 мм.”

Одговор број 9: Димензије кревета су дате за већину понуђача са прихватљивим димензијама, а све са циљем да се повећа конкурентност већег броја понуђача. Наручиоц остаје при захтеваној техничкој карактеристици.

Питање број 10: На страни 36. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 3 стоји:

“Електро подешавање висине кревета без душека: 380 – 800 mm”

Како би се омогућило учешће што већем броју потенцијалних понуђача, молимо да дозволите учешће кревета са подешавањем висине у опсегу 410 - 710 mm и боље. Стога Вас молимо да извршите измену у техничкој документацији, тако да позиција 1.3 гласи: “Електроподешавање висине кревета без душека: 410 - 710 mm.”

Одговор број 10: Предложено повећање висине кревета од стране потенцијалног понуђача се уклапа у захтеване висине померања од стране наручиоца исказане кроз позицију 1.3 техниких карактеристика. Тако да наручиоц остаје при захтеву из конкурсне документације.

Питање број 11: На страни 36. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 8 стоји:

“Могућност РТГ снимања од главе до карлице као и употреба Ц лука. Кревет мора имати место предвиђено за постављање РТГ касете”

Мишљења смо да је изузетно битно да цела лежећа плоча кревета буде пропусна за РТГ зраке, јер се на тај начин омогућава снимање пацијента без потребе да он напушта исти. Стога Вас молимо да извршите измену техничкој документацији, тако да позиција 1.7 гласи: “Могућност РТГ снимања целом дужином кревета и компатибилност са Ц луком. Кревет мора имати тунел за РТГ касету.”

Одговор број 11: Одговор на ово питање биће предмет измене конкурсне документације.

Питање број 12: На страни 36. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 10 стоји:

“Носачи за прибор (за дренаже и урин кесе) са обе стране кревета на оградама кревета”

Молимо Вас да проверите да ли је дошло то техничке грешке у овој позицији. Носачи за прибор, куке за дренажне и урин кесе се налазе са обе стране кревета, на самој конструкцији кревета, а не на оградама. Стога Вас молимо да извршите измену техничкој документацији, тако да позиција 10 гласи: “Носачи за прибор (за дренажне и урин кесе) по 4 са обе стране кревета.”

Одговор број 12: Одговор на ово питање биће предмет измене конкурсне документације.

Питање број 13: На страни 36. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 11 стоји:

“Дводелне бочне заштитне ограде, целом дужином, израђене од ливеног полипропилена или челика пресвученог електростатском бојом отпорном на дезинфекциона средства и средства за прање, са сиситемом меканог, једноступеног спуштања”

Молимо да дозволите учешће кревета са дводелним бочним оградама које покривају минимално 2/3 дужине кревета, јер се на та начин не угрожава безбедност пацијента, а у многеме се олакшава рад медицинском особљу, због бољег приступа пацијенту. Стога Вас молимо да извршите измену у техничкој документацији, тако да позиција 11 гласи: “Дводелне бочне заштитне ограде које покривају минимално 2/3 дужине кревета, израђене од ливеног полипропилена или челика пресвученог електростатском бојом отпорном на дезинфекциона средства и средства и средства за прање, са сиситемом меканог, једноступеног спуштања.”

Одговор број 13: Одговор на ово питање биће предмет измене конкурсне документације.

Питање број 14: На страни 36. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 13 стоји:

“Чело узглавља фиксне висине интегрисана у конструкцију кревета”

Како се у позицији 11 дефинишу бочне заштитне ограде, у позицији 12 странице узглавља и узножја, нејасно је шта је “чело узглавља” које је интегрисано у конструкцију кревета. Молимо да прецизније објасните захтев из позиције 13 или да се исти брише из конкурсне документације.

Одговор број 14: Појам “чело узглавља” се односи на узглавље кревета.

Питање број 15: На страни 36. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 18 стоји:

“Електро тренделенбург/Реверс тренделенбург: мин од +13° до -13°”

Како је у техничким карактеристикама за партију 1, позиција 1.19 захтеван Тренделенбург/Реверс тренделенбург мин. од +15° до -15°, мишљења смо да би и у партији 2 захтев за Тренделенбург/Реверс тренделенбург требало да остане исти. Стога Вас молимо да извршите измену у техничкој документацији, тако да позиција 18 гласи: “Електро тренделенбург/Реверс тренделенбург мин. од +15° до -15°.”

Одговор број 15: У захтеваној техничкој карактеристици: “Електро тренделенбург/Реверс тренделенбург: мин од +13° до -13°” јасно је дефинисано да је минимални угао тренделенбург/Реверс тренделенбург од +13° до -13°. Сви углови већи од захтеваног, па и угао од +15° до -15° су прихватљиви за наручиоца, тако да наручиоц остаје при захтеву из конкурсне документације.

Питање број 16: На страни 36. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 19 стоји:

Електро подешавање сегмента за бутине: мин од 0° до 35°

Како је у техничким карактеристикама за партију 1, позиција 1.20 захтеван о електро подешавање сегмента за бутине мин. од 0° до 40°, мишљења смо да би и у партији 2 захтев за електро подешавање сегмента за бутине требало да остане исти. Стога Вас молимо да извршите измену у техничкој документацији, тако да позиција 19 гласи: “Електро подешавање сегмента за бутине мин. од 0° до 40°,”

Одговор број 16: У техничким карактеристикама је захтевано: „Електро подешавање сегмента за бутине: мин од 0° до 35°“, што значи да је захтеван минималан угао од 35°. Све понуде које садрже и угао већи од захтеваног, па и угао од 40° су за наручиоца прихватљиве.

Питање број 17: Како се кревети за интензивну негу константно перу и дезинфикују, мишљења смо да је неопходно да имају степен заштите IP54. Стога Вас молимо да извршите измену у техничкој документацији, и да додате позицију: “Степен заштите IP54”.

Одговор број 17: Степен заштите IP54 нема никакве везе са начином одржавања кревета у Клиничком центру Србије, па према томе за оваквим захтевом од стране наручиоца нема потребе.

Питање број 18: На страни 37 конкурсне документације – Остали обавезни услови, тачка 2 стоји:

„Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему (модел не старији од 5 година) која је произведена у 2015 или 2016 години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота и **оригиналом изјаве произвођача** да модел понуђене опреме није старији од 5 година и да је исти произведен у 2015 или 2016 години”

Мишљења смо да не треба набављати кревете који су произведени пре 2 године, те Вас молимо да извршите измену конкурсне документације и да тачка 2 Осталих обавезних услова гласи:

“Понуђач треба да понуди искључиво нову (неискоришћену) опрему (модел не старији од 5 година) која је произведена у години објављивања Јавне набавке. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота и оригиналном изјавом произвођача да модел понуђене опреме није старији од 5 година и да је исти произведен у години објављивања тендера.”

Одговор број 18: Наручиоц остаје при захтеваној техничкој карактеристици, како би и на овај начин омогућио што већем броју потенцијалних понуђача да учествују у овој јавној набавци.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
