



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1537.

Датум: 16.11.2016. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА
Број јавне набавке: 528K/2016**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 528K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 09.11.2016. године.
У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.3: Апарат за анестезију

Питање број 1: Ставка 2: „Апарат за анестезију мора бити мобилан на колицима са централном кочницом“. Да ли је могуће понудити апарат који поседује кочнице на сваком точку посебно. Ова карактеристика не утиче на основну намену и функционисање апарата, па вас стога молимо да прихватите наш предлог.

Одговор: На питање ће се одговорити изменом конкурсне документације.

Питање број 2: Ставка 10: „Апарат има виšekратни канистер за CO2 апсорбер запремине минимум 1,3 литра. Да ли је могуће понудити апарат који поседује виšekратни каанистер за CO2 апсорбер запремине минимум 0,7 литара. Овако дефинисаном карактеристиком сте онемогућили остале референтне светске произвођаче да понуде апарате који имају мању запремину канистера за CO2 апсорбер па вас молимо да прихватите наш предлог.

Одговор: На питање ће се одговорити изменом конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
