



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**  
11000 Београд, Пастерова бр.2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 05.10.2015. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Медицинска опрема за потребе Центра за анестезиологију**

**Број јавне набавке: 302K/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема за потребе Центра за анестезиологију, број 302K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 13.08.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

**Питање број 1:** На наш захтев за додатним појашњењем у вези са техничком спецификацијом за ставку бр. 7.6.1. дали сте нам следећи одговор

Не усваја се примедба за редни број 7.6.1.

Имајући у виду транспорт како болесника тако и инфузионих пумпи из операционе сале у Јединицу интензивног лечења, па и често померање болесника унутар Јединице или накнадни транспорт за допунске дијагностичко-тераписке процедуре, неопходне су нам инфузионе пумпе мањих димензија и максималне тежине до 2 кг., наручилац је прецизно поставио минималне техничке карактеристике које су постављене испитивањем тржишта, и остаје при свом захтеву.“

Молимо Вас да размотрите још једном предложену сугестију да прихватите понуђено добро са захтеваним мањим димензијама и са тежином понуђеног апарата испод 2,5 кг из следећег разлога

- Како у ставци 7.6.2. захтевате „Могућност повезивања пумпи, једна на другу ван радне станице и фиксација на Dragerову шину, сваки хоризонтални и вертикални статив и болеснички кревет“ која Вам омогућује управо да све радње које сте навели у свом одговору од 28.09.2015. (*горе цитиран*) транспорт, померање итд ,обављате крајње несметано када је у питање тежина инфузионих волуметријских пумпи. Све горе наведени носачи и шине могу поднети терет од 2.5 кг и омогућити Вам да несметано обављате свакодневне активности без много напрезања.
- Из тог разлога , молимо Вас да прихватите тежину уређаја до 2,5 кг јер суштински не ремети рад и не умањује квалитет уређаја.
- Горе наведене карактеристике свакако не умањују квалитет и намену апарата те се надамо да ћете прихватити наш захтев и омогућити већу конкурентност и могућност добијања више прихватљивих понуда.

**Одговор број 1:** Не усваја се примедба за ставку редни број 7.6.1

Како се ради о транспорту витално угрожених пацијената из операционе сале у Јединицу интензивног лечења, па и често померање болесника унутар Јединице или накнадни транспорт за допунске дијагностичко-тераписке процедуре, поред инфузионих пумпи, којих има између 3 и 5, транспортује се: монитор, покретни респиратор и боца са кисеоником а с обзиром да цео транспорт врше само две особе од великог је значаја да инфузионе пумпе буду мањих димензија и тежине до 2 кг. Захтев је у складу са потребама наручиоца. Наручилац остаје при свом захтеву с обзиром да поменути техничку карактеристику може да испуни барем 4 произвођача у свету.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

---