



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 947.

Датум: 09.07.2018. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 4**

Број јавне набавке: 252K/2018

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 4, број 252K/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 05.07.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.4: ЦЕНТРИФУГА

Питање број 1: У партији IV- centrifuga kao stavka 1.3 trazeno je da maksimalna centrifugalna sila (RCF) bude vise od 25.800 xg. Da li je prihvatljivo ponuditi centrifugu cija je RCF 24.400 ?

Одговор: Наручилац је минималним техничким карактеристикама захтевао да максимална центрифугална сила (RCF) буде виша од 25.800 xg. То је минимална RCF која је за наручиоца прихватљива.

Питање број 2: У партији IV-centrifuga kao stavka 1.13 trazeno je da rotor ima maksimalnu brzinu 5000 rpm. Da li je prihvatljivo da rotor ima maksimalnu brzinu od 4800 rpm?

Одговор: Наручиоц остаје при захтеву из минималних техничких карактеристика.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
