



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**  
11000 Београд, Пастерова бр.2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 582.

Датум: 13.04.2016. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР**

**Број јавне набавке: 108K/2017**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР, број 108K/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 16.03.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

**Питање број 1:** „Stavka 4.2: Da li prihvatate da se ponudi režim DUOPAP s'obzirom da je u pitanju ekvivalentan disajni režim različitog obeležavanja?“

**Одговор:** Будући да се ради о еквивалентном режиму дисања и да је у питању само различито обележавање, понуда која садржи апарат који има тако обележен систем дисања ће бити оцењена као прихватљива.

**Питање број 2:** „Stavka 5: Neinvazivna ventilacija, zbog same svoje specifičnosti, nije pogodna za volumen kontrolisane modove jer "curenje" koje postoji kod ove ventilacije umnogome utiče na volumen kontrolisane modove i povećava nepouzdanost same ventilacije.

Sa promenljivim volumenima curenja koji se dešavaju prilikom neinvazivne ventilacije, bolje je koristiti pritiskom kontrolisane modove.

Zbog toga Vas molimo da za stavku 5 dozvolite i ventilatore koji imaju opciju neinvazivne ventilacije samo u pritiskom kontrolisanim modovima i u modu PC-SIMV sa VG (Volumen garantovan).

Ono što možemo da primetimo je da je respirator zahtevan tenderskom specifikacijom više pogodan za neinvazivne modove ventilacije.

Mišljenja smo da je za intenzivne nege najbolji izbor respirator koji može podjednako dobro obezbediti i invazivnu i neinvazivnu ventilacionu podršku, a pritom biti pogodan ne samo za intrahospitalni transport već i za duže relacije između dve bolnice.

Prihvatanjem ovih izmena tenderske specifikacije dobili biste respirator pogodan ne samo za neinvazivne, već i za invazivne modove ventilacije podjednako, obezbeđujući i neke od najčešće korišćenih modova ventilacije: PC-SIMV / PC-CIMV / VC-CMV, a takođe može biti korišćen i za transport između udaljenih zdravstvenih ustanova, što je značajna prednost koju bismo mogli da Vam ponudimo našim proizvodom.

**Одговор:** Наручилац не прихвата захтеване измене конкурсне документације и остаје при захтеву из минималних техничких карактеристика.

**Питање број 3:** „Stavka 6: Da li prihvatate da u ovoj stavci respirator omogućava neometano spontano disanje u svim pritiskom kontrolisanim modovima i u volumen kontrolisanim modovima u toku ekspiracijske faze?“

**Одговор:** Наручилац не прихвата захтеване измене конкурсне документације и остаје при захтеву из минималних техничких карактеристика.

**Питање број 4:** „Stavka 10: Da li prihvatate respirator čija maksimalna buka pri radu iznosi 46 dB, s'obzirom da je ovo odstupanje od samo 1 dB od onoga što ste zahtevali i ne predstavlja značajnu razilku u svakodnevnom radu?“

**Одговор:** Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу захтеване минималне техничке карактеристике, а која се односи на ставку под редним бројем 10: Максимална buka при раду.

**Питање број 5:** „Stavka 11.7: Da li prihvatate respirator sa inspiratornim protokom od 200 l/min s'obzirom da je ovo bolja tehnička karakteristika od zahtevane?“

**Одговор:** Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу захтеване минималне техничке карактеристике, а која се односи на ставку под редним бројем 11.7: Инспираторни проток

**Питање број 6:** „Ставка 12.7: Да ли прихватате да уместо минутног волумена cureња, respirator има опцију “VT leakage” (VTleak), s’obzirom да је VTleak прецизнији од траженог типа мерења јер показује cureње код svakог удaha?

MVleak – минутни волумен cureња представља кумулативан волумен cureња свих удaha по минути (VTleak x breathing rate).

**Одговор:** Наручилац не прихвата захтевану измену конкурсне документације под тачком 12.7 и остаје при захтеву из минималних техничких карактеристика

**Питање број 7:** „S’obzirom да сте навели да ће се апарати користити и у intrahospitalnom transportu, predlažemo измену техничке спецификације и то како sledi:

- da понуђени апарат поседује интегрисану ручку за ношење и интегрисане носаче за фиксацију на болничке кревете и standardni šinski sistem.

- da поседује minimum два прикључка за довод кисеоника: за centralni razvod и за боце за кисеоник које ће се применјивати у transportu.

- Imajući u vidu да се апарати набављају за потребе интензивне неге и transporta, predlažemo да се дода захтевана minimalna техничка карактеристика да апарат поседује опцију nadogradnje мерења SpO2, pulsa и CO2, што smanjuje потребу за коришћењем додатне опреме- npr. pacijent monitora.

- Prikaz indikatora baterije на ekranu, са prikazom ukupnog broja minuta raspoložive autonomije rada за svaku bateriju posebno, када се уређај napaja помоћу baterijskog napajanja.

- Da понуђени апарат поседује могућност Preoksigenacije са увећањем концентрације O2 од 21 – 100 %

- Da понуђени апарат поседује могућност nebulizacije

- Da понуђени апарат поседује три нивоа приоритета аларма са vizuelnim и audio prikazom

- Da понуђени апарат поседује kolor ekran осетљив на dodir, minimalne dijagonale 8,4", са prikazom minimalno три krivulje и 5 parametara

- Da понуђени апарат поседује функционалне tastere на prednjoj strani кућишта уређаја за minimalno sledeće функције: preoksigenacija, “inspiration hold”, nebulizacija, ноћни и дневни режим rada

- Da понуђени апарат поседује могућност функције self - testa ispravnosti celog aparata и свих senzora, automatske kalibracije и test sistema при startovanju rada уређаја

**Одговор:** Наручилац не прихвата захтеване измене конкурсне документације и остаје при захтеву из минималних техничких карактеристика

**Питање број 8:** „U члану 10. Modela ugovora под тачком 10.1. navodite “Kvalitet dobara која су predmet ovog ugovora mora u potpunosti odgovarati podacima из спецификације произвођача, dostavljenim uverenjima о квалитету и атестима dostavljenim уз понуду Dobavljača.”

Molimo vas да precizirate о којим uverenjima о квалитету I атестима је реч, јер nigде у конкурсној документацији их нисте навели? Molimo vas да, ukoliko је реч о техничкој grešci, да korigujete Model ugovora.

**Одговор:** Наручилац под „спецификацијом произвођача, достављеним уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду Добављача“ (чл.10.1 Модела уговора) подразумева каталог, штампани материјал произвођача и друге доказе које понуђачи доставе као доказе које понуђачи доставе као доказ за захтеване техничке карактеристике.

**Питање број 9:** „U члану 10. Modela ugovora под тачком 10.2. navodite “Dobavljač је dužan да najkasnije у roku од 15 (petnaest) дана од дана позива naručioca, а najkasnije у roku од 60 дана од дана zaključenja ugovora, izvrši isporuku, montažu, obuču osoblje и pusti у rad isporučena dobra на mestu које одреди naručilac.”

Na strani 14/41 конкурсне документације наведено је „ROK I NAČIN ISPORUKE: (podrazumeva rok isporuke од дана zaključenja ugovora) Naručilac zahteva од ponuđača да isporuka bude jednokratna и да понуђени rok isporuke bude iskazan у danima, а najduže 60 дана од дана zaključenja ugovora.”

Molimo vas да uskladite tražene zahteve у pogledu roka isporuke, или да obrazložite šta је dobavljač dužan да najkasnije у roku од 15 дана од дана позива naručioca uradi.

**Одговор:** Наручилац прецизира – рок за испоруку предметних добара је најкасније 60 дана од дана закључења уговора. Испорука је једнократна. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

**Питање број 10:** „Molimo vas да korigujete члан 16. Modela ugovora јер nije jasno šta представљају brojevi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Или detaljno објасните šta ovi brojevi представљају.

**Одговор:** У моделу уговора, чл.16 је дефинисано важење уговора. Наручилац у конкурсној документацији, у поменутом члану nigде не наводи бројеве од 5-14, како стоји у Вашем захтеву.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ