



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1051.

Датум: 07.08.2017. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Број јавне набавке: 311K/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 311K/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 21.07.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.3

Питање број 1: „Ставка 3.9.: Да ли прихватате понуду монитора чија аутономија батерије износи 2 сата? Обзиром да су сви монитори скоро увек на стружном напајању и да је два сата сасвим довољно за премошћавање непредвиђене ситуације, сматрамо да би приhvатанjem ове измене проширили број понуда на овом tender и обезбедили већу конкурентност у поступку Јавне набавке.“

Одговор: Имајући у виду искуство Наручиоца, минималним техничким карактеристикама је захтевано да батерија пацијент монитора омогућава аутономију рада minimum 3 сата. Како велики број свetsких произвођача испуњава овај захтев, Наручилац остаје при свом захтеву из конкурсне документације.

Партија бр.5

Питање број 1: Наручилац је приликом дефинисања листе минималних техничких спецификација, у оквиру захтева бр. 5.3.1 који се тиче визуалних и акустичних аларма- дефинисао, између осталог, и „protok infuzije slobodnim padom“. Како је реномирани свetsки произвођач, чији смо заступник, дизајнирао техничко решење које спречава слободан пад инфузије уз помоћ автоматизоване стежалке, молимо овим путем Наручиоца да потврди да ће за испуњење овог захтева прихватити доказ у каталогу понуђеног уређаја који се тиче иновативне аутоматске стежалке против слободног тока fluida, што је свакако боља карактеристика од тражене.

Одговор: Конкурсном документацијом дефинисане су минималне техничке карактеристике. Уколико неко понуди исте или боље карактеристике понуда ће бити прихватљива.

Питање број 2: Наручилац је приликом дефинисања листе минималних техничких карактеристика Инфузиону пумпу у оквиру захтева бр. 5.5.1- карактеристике напајања, и то: тип батерије, време пуњења батерије и могућност замене без употребе алата.

Молимо Наручиоца да овим путем потврди да ће прихватити уређај са Литијумском батеријом будући да због својих изванредних карактеристика, несумњиво представља боље решење од тражене NiMH батерије. Литијумске батерије су се показале у многим параметрима бољим од, сада већ застарелих, NiMH батерија те се данас користе у скоро свакој грани индустрије, почевши од непостојања меморијског ефекта, лакше су, дуготрајније, итд.

Одговор: Конкурсном документацијом дефинисане су минималне техничке карактеристике. Уколико неко понуди исте или боље карактеристике понуда ће бити прихватљива.

Питање број 3: Наручилац је приликом дефинисања листе минималних техничких карактеристика Инфузиону пумпу у оквиру захтева бр. 5.5.1- карактеристике напајања, и то: тип батерије, време пуњења батерије и могућност замене без употребе алата.

Молимо Наручиоца да захтев "Могућност замене батерије без употребе алата" избрише из листе минималних техничких карактеристика будући да такво техничко решење може бити изузетно опасно будући да се пумпе користе и док се пацијент креће, у транспорту и остало где су подложне вибрацијима, удarcима, итд. што може довести до искakanja батерије из уређаја уколико није поkopac батерије чврсто везан за кућиште. Такође, сматрамо да је контрапродуктивно формулисати овакав захтев будући да је замена батерије намењена за обучено, стручно лице које свакако поседује аларм и time није омогућено неквалификованој особи да врши замену батерије.

Одговор: Не прихвата се сугестија заинтересованог понуђача. Инфузионе пумпе које су предмет ове јавне набавке набављају се за јединицу интензивне неге и неће се користити за транспорт пацијената.

Питање број 4: Наручилац је приликом дефинисања листе минималних техничких карактеристика Инфузиону пумпу у оквиру захтева бр. 5.5.1- карактеристике напајања, и то: тип батерије, време пуњења батерије и могућност замене без употребе алата.

Овакво дефинисање карактеристика везаних за капацитет и време пуњења батерије уређаја јасно представљају ограничавајући фактор за припремање адекватне понуде за понуђаче те овим путем молимо Наручиоца да измени наведени захтев сходно члановима 71 и 72 ЗЈН-а и обезбеди већу конкуренцију што је у обавези чланом 10 Закона о јавним набавкама, и то:

„Капацитет батерије најмање 5h при протоку од 25ml/h“.

Одговор: Не прихвата се сугестија заинтересованог понуђача. Што се тиче обезбеђења конкуренције, довољан је податак да је у задњој јавној набавци од пре годину дана, наручиоцу пристигло седам прихватљивих понуда, које су испуњавале захтеване техничке карактеристике.

Питање број 5: Приликом дефинисања листе минималних техничких карактеристика за партију 5: Инфузиона пумпа, Наручилац је у оквиру захтева бр. 5.5.3. дефинисао два нивоа безбедности закључавања података.

Молимо Наручиоца да појасни чија је безбедност загарантована закључавањем потрошног материјала?

Велики број репутираних светских произвођача нуди уређаје који поседују техничка решења којима обезбеђују прецизност и квалитет инфузије свим стандардним IV сетовима, а не само својим оригиналним сетовима, те нам је нејасно чију је безбедност Наручилац желео да обезбеди оваквим дефинисањем тендерске документације.

Овим путем молимо Наручиоца да потврди да ће прихватити уређај без закључавања потрошног материјала будући да је наведена карактеристика боља од захтеване.

Још једном скрећемо пажњу Наручиоцу да је набавком уређаја са затвореним системом зависан од произвођача уређаја који има монополистичку позицију чиме диктира услове и цену Наручиоцу па самим тим и сама употреба уређаја индиректно зависи од произвођача уређаја.

Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и измениће конкурсну документацију у делу минималних техничких карактеристика за ову партију.

Питање број 6: „Ставка 5.2.1. Наčin рада са полaганим убрзавањем и и/или убрзавањем брзине испоруке терапије; Наčin рада са унапред заданом испоруке терапије различитим брзинама; Начин рада са повременим унапред заданим испорукaма лекова. Овакaв избор ставља у монополску ситуацију неког произвођача, те молимо да се избрише из техничких карактеристика. За горе наведене системе рада постоје специјални апарати (PCA, TCI ...) са којима се раде такве функције.

Одговор: Не прихвата се сугестија заинтересованог понуђача. Што се тиче обезбеђења конкуренције, довољан је податак да је у задњој јавној набавци од пре годину дана, наручиоцу пристигло седам прихватљивих понуда, које су испуњавале захтеване техничке карактеристике.

Питање број 7: „Ставка 5.4.1. Тежина до 2 kg. Да ли ће наручилац прихватити I апарат од 2,5 kg“

Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и измениће конкурсну документацију у делу минималних техничких карактеристика за ову партију.

Питање број 8: „Ставка 5.5.1. Да ли ће наручилац прихватити апарат са капацитетом 6h при 25 ml/h I временом пуњења до 95% за 2,5 h.“

Одговор: Не прихвата се сугестија заинтересованог понуђача. Велики је број светских произвођача који испуњавају захтевану техничку карактеристiku.

Партија бр.10

Питање број 1: „Ставка 10.3.5: Flowtrigger 0,3-10 l/min. С обзиром да сте на већ постављено питање да се ова вредност измени дали негативан одговор дана 03.08.2017 молимо Вас да нам појасните зашто вам је баш потребна баш вредност 0,3 l/min_када је то превише ниска вредност која се никада не користи у клиничкој пракси? Слаби спонтани удисаји могу бити сасвим адекватно препознати и при већем flowtrigger-у. Наведите нам када сте и у којим условима користили баш ову вредност 0,3 l/min ?

Сматрамо да је вредност 0,3 (која је иначе одлика модела Primus произвођача Drager) , постављена само да би се фаворизовао један понуђач, а то је Дрегер Техника.

Молимо Вас да ову вредност измените у : Flowtrigger 0,5-10 l/min“

Одговор: Наручилац остаје при траженом услову. Flowtrigger је параметар који одређује коју вредност пацијентовог спонтаног дисања апарат препознаје и затим пружа подршку пацијенту приликом дисања.

Доња вредност од 0,3 l/min је јако битна јер су пацијенти за време анестезије најчешће под дејством мишићних релаксанта који проузрокују да су спонтани удисаји пацијента јако слаби често око вредности 0,3 l/min, стога је јако битно да апарат за анестезију има могућност да препозна I "слабе" спонтане удисаје пацијената како би пружио адекватну потпору пацијенту.

Apsolutno se ne slažemo sa vama da se vrednost od 0,3 l/min nikada ne koirsti u kliničkoj praksi, uvek u situacijama kada se pacijent sedira i kada se u anesteziji koristi mnogo misicnih relaksanata na aparatu se koristi flowtrigger u vrednosti od 0,3 l/min posebno kada su pacijenti slabije muskulature. Svi vodeći svetski proizvođači GE, Maquet, Drager... imaju Flowtrigger u traženom opsegu. Modeli aparata koji ispunjavaju traženi uslov su : Primus, Persej, Carestation 650, Avans CS2, FLOW I....

Питање број 2: „Ставка 10.4.10: Дигитални приказ притиска медицинских гасова (како из централног довода, тако и из боца) на екрану апарата за анестезију. Будући да сте на претходно постављена питања дана 03.08.2017 навели како не можете да прихватите да се притисци могу видети на манометрима који се налазе на полеђини апарата, или на неком другом непрегледном месту, да ли ћете да прихватите апарат који показује притиске гасова на манометрима који се налазе на изузетно уочљивом месту, а то је испод екрана на коме се прате сви остали параметри ? Напомињемо да је овај начин приказа притиска гасова врло погодан јер се на тај начин „растеређује“ екран на коме се већ налази велики број других параметара битних анестезиологу, а опет се све налази у видном пољу анестезиолога и осталог особља

Уколико не прихватате ову измену молимо Вас да нам дате клиничку оправданост за тражење ове карактеристике. (Одговори „естетског“ типа да је анестезиолозима лакше да гледају дигиталну вредност или да не могу да гледају даље од екрана апарата за анестезију нису прихватљиви)

Молимо Вас да ову ставку измените у: Приказ притиска медицинских гасова (како из централног довода, тако и из боца) на екрану апарата за анестезију, или на предњој страни апарата, испод екрана.

Одговор: Ne prihvata se sugestija zainteresovanog ponuđača. Digitalni prikaz pritiska medicinskih gasova na ekranu na aparatu za anesteziju je glavna sigurnosna osobina svih aparata za anesteziju, anesteziolog za vreme vođenja anestezije mora sve vreme na glavnom ekranu aparata imati prikaz vrednosti pritiska medicinskih gasova kako bi mogao hitno da reaguje ukoliko nestane npr. kiseonika za vreme operacije. Alternativna rešenja gde se vrednosti pritisaka mogu videti npr na manometrima nisu prihvatljiva jer su nebezbedna pošto može doći do situacije da nestane medicinskih gasova a da anesteziolog ne primeti i ne reaguje na vreme. Pritisak medicinskih gasova je po pitanju sigurnosti najbitniji parameter i mora biti prikazan na glavnom ekranu aparata za anesteziju, jasno i vidljivo – digitalno numerisan. Bezbednost pacijenta za vreme anestezije je najbitnija uloga aparata za anesteziju.

Gledano iz perspektive ljudi koji nisu lekari i anesteziolozi sigurnosni detalji na aparatu za anesteziju deluju irelevantni dok samo korisnici aparata za anesteziju znaju koliko su ti detalji bitni i koliko u urgentnim situacijama mogu pomoći lekaru da sprovede svoju rutinu na najbezbedniji mogući način po pacijenta.

Svi vodeći svetski proizvođači GE, Maquet, Drager... imaju Flowtrigger u traženi digitalni prikaz medicinskih gasova. Modeli aparata koji ispunjavaju traženi uslov su : Primus, Persej, Carestation 650, Avans CS2, FLOW I....

Партуја бр.11

Питање број 1: „Ставка 11.2. : Da li prihvatate ponudu respiratora čija težina iznosi 6.3 kg, obzirom da je ovo neznatno odstupanje od tražene vrednosti?“

Одговор: Ne prihvata se sugestija zainteresovanog ponudjača. Napominjemo da je predmet nabavke transportni respirator čije je osnovna primena ventilacija teško povređenih pacijenata prilikom transport u sanitetskim vozilima a ne nabavka stacionarnih respiratora čija je namena ventilacija pacijenata u jedinicama intenzivne nege i jedinicama poluintenzivne nege.

Prilikom transporta pored respiratora tehničari moraju nositi mnogo dodatne opreme koja je teška (boce sa kisenikom, reducirati, defibrilatori....), u koliko bi sam respirator bio teži od 6 kilograma značilo bi da jedan tehničar ne može da ponese svu opremu koja je neophodna za zbrinjavanje pacijenta. Predodređeni budžet nam omogućava da tražimo transportni respirator najsavremenije generacije. Težina samog respiratora je jedna od najbitnih tehničkih karakteristika transportnih respiratora i svi vodeći proizvođači trude se da na najnovijim modelima smanje težinu samog respiratora

Svi vodeći svetski proizvođači ispunjavaju traženu karakteristiku (Weimann, Covidein, Magnamed, Drager...)

Питање број 2: „Ставка 11.4.2.: Da li prihvatate ponudu respiratora koji umesto moda VC-AC ima mod PC-AVC sa PRVC-om, obzirom da je ovaj mod sličan/uporediv sa traženim modom?“

Одговор: Traženi mod je VC-AC ili volumenom kontrolisan mod sa asistiranom kontrolom, u navedenom volumenom kontrolisanom modu pacijent sam određuje u kojim intervalima želi da dobije mandatorni udah. Mod koji ste vi naveli ima prefiks PC što znači da je pritiskom kontrolisan mod ventilacije. Volumenom kontrolisani modovi ventilacije i pritiskom kontrolisani modovi nisu ekvivalentni.

Naručilac će prihvatiti ekvivalentne modove koji imaju drugačiju nomenklaturu.

Питање број 3: „Ставка 11.8.6. : Da li prihvatate ponudu respiratora koji ima podešavanje koncentracije kiseonika od 21-100%, s'obzirom da je to kvalitetnija karakteristika od tražene u konkursnoj dokumentaciji?“

Одговор: Konkursnom dokumentacijom definisane su minimalne tehničke karakteristike. Ukoliko neko ponudi iste ili bolje karakteristike ponuda će biti prihvatljiva.

Питање број 4: „Stavka 11.8.7. : Da li prihvatate ponudu respiratora koji ima inspiratorni protok do 200 l/min sa automatskom kontrolom protoka?”

Одговор: Konkursnom dokumentacijom definisane su minimalne tehničke karakteristike. Ukoliko neko ponudi iste ili bolje karakteristike ponuda će biti prihvatljiva.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
