



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 01.10.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицинска опрема: Кревети за ЈИН и ЈПИН

Број јавне набавке: 328K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема: Кревети за ЈИН и ЈПИН, број 328K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 15.09.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: 2 - Кревети за јединице полуинтезивне неге:

Ставка 2.1: Спољне димензије Дужина : 2150-2250 мм, Ширина : 990-10505 мм.

Питање:

Да ли је могуће понудити кревет ширине 970 мм јер одступање од само 10 % ничим не умањује функционалност кревета а тиме омогућаваће већу конкурентност међу потенцијалним понуђачима?

Одговор број 1: У питању су кревети са већом носивошћу и за крупне болеснике, одлучили смо се за кревете веће ширине. Тако да ове сугестију не можемо прихватити.

Питање број 2: Ставка 2.2: Електро подешавање висине кревета без душека : 380-750 мм.

Питање:

Да ли је могуће понудити кревет који поседује електро подешавање висине кревета 420-810 мм (већи распон од захтеваног- боља карактеристика),јер ова карактеристика не утиче на сигурност пацијента нити функционалност кревета а тиме омогућаваће већу конкурентност међу потенцијалним понуђачима?

Одговор број 2: Ради лакше мобилизације болесника током рада са физиотерапеутима и са медицинским техничарима, ова висина кревета је лакша и сигурнија за покретање и седење болесника. Тако да смо се из тих разлога одлучили за ове висине (односно нижу почетну висину). Тако да ове сугестију не можемо прихватити.

Питање број 3: Ставка 2.9 : кревет има 4 сигурносне ограде израђене од метала, са обореним ивицама ради спречавања повреда пацијента.

Питање :

Да ли је могуће понудити 2 сигурносне ограде израђене од метала које својом дужином покривају целу страну кревета И тиме спречавају евентуални пад пацијента са кревета а могу се скидати по потреби И закључавати?

Одговор број 3: Како су у питању критично оболели, или оболели који захтевају посебан мониторинг и негу, којима је у појединим тренутцима потребан прилаз само до појединих делова тела, ради дренажања, превежања, имобилизације, повезивања са другим апаратима, а при томе да буду безбедни и они и особље одлучили смо се за 4 сигурносне ограде. Тако да ове сугестију не можемо прихватити.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
