



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 3011.

Датум: 02.12.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Апарати за јединице интензивне неге

Број јавне набавке: 383K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Апарати за јединице интензивне неге, број 383K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 19.11.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 10: Кревет за јединицу интензивне неге

Питање бр.1: „У тачки 10.10 наручилац наводи: „Кревет има 4 бочне заштитне странице, независне, са хидрауличким системом спуштања, изађене од ливеног полипропилена или метала, са обореним ивицама ради спречавања повреда пацијента. Ограде се могу спустити и закључати”

Захтев наручиоца покрива оба типа заштитних страница, што је добро, јер се на тај начин омогућава већем броју понуђача да учествује у набавци. Међутим, захтева се да оба типа страница (пластичне и металне) поседују хидраулички систем спуштања, што је код металних ограда непотребно, па их произвођачи и не израђују са поменутим системом.

Када су у питању металне ограде, које су између осталог дугорочније решење од пластичних, произвођачи не уграђују пнеуматски систем гасних опруга пошто се ограде склапају на потпуно другачији начин од страница израђених од пластике.

Сугеришемо наручиоцу да не прописује појединачно произвођачко решење, већ да пропише функционалност коју треба задовољити и да захтев 10.10. преформулише:

„Кревет има 4 бочне заштитне странице, независне, израђене од ливеног полипропилена или метала, са обореним ивицама ради спречавања повреда пацијента. Ограде се могу спустити и закључати”

Одговор број 1: Наручилац ће задовољити захтеву потенцијалног понуђача и извршити измену конкурсне документације како би обезбедио већу конкуренцију.

Питање бр.2: „У тачки 10.19 наручилац наводи: „Интегрисана вага за праћење телесне тежине пацијента”.

Прецизне и квалитетне ваге инсталиране на болничким креветима за високу интензивну негу имају високу цену коштања. Цена коштања такве ваге је између 125.000 и 180.000 динара.

Уколико је наручилац предвидео довољно средстава за набавку квалитетне ваге, молимо да нам се одговори на следећа питања:

1. Да ли је предвиђено да вага има независан монитор за подешавање?
2. Колика је промена тежине коју вага треба региструје (квалитетна вага мери промене тежине пацијента на 50 грама)
3. Колико је дозвољено одступање, тј. грешка у мерењу?
4. Колико сензорских тачака на пацијент плочи је предвиђено да постоји ради прецизности мерења због ситуација када пацијент различито распоређује тежину и ослонац?

Уколико предвиђена средства не дозвољавају набавку квалитетне ваге, иста нема сврху, а сужава број понуђача који могу да понуде квалитетне кревете.

Уколико наручилац не опише прецизно карактеристике ваге, сугеришемо да се тачка 10.19 брише у целости, како би наручилац за постојећи буџет набавио што квалитетнији кревет за интензивну негу. У противном се може десити да се због овог захтева набаве кревети лошег квалитета, са вагом сумњиве тачности.“

Одговор број 2: Одговори на постављена питања у вези техничке карактеристике под редним бројем 10.19 су:

1. Предвиђено је да вага има независан монитор за подешавање.
2. Подразумева се да вага буде квалитетна и мери промене тежине пацијента од минимум 50 грама.
3. Предвиђено је да класа тачности ваге буде 3.
4. Није предвиђен број сензорских тачака. Потребно је да вага задовољи предходне захтеване карактеристике.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
