



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1376.

Датум: 25.10.2018. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 6**

Број јавне набавке: 391К/2018

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 6, број 391К/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 05.10.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.5: РЕСПИРАТОР

Питање број 1: „Ставка 5.4:

Poštovani, primetili smo da ste u ovoj stavci kao minimum ventilacionih modova stavili sledeće VC, SIMV, BIPAP, CPAP, Apnea ventilation, međutim nigde nema uobičajenih pritiskom kontrolisanih modova koji su i jedni od najčešće korišćenih modova u mehaničkoj ventilaciji. Smatramo da se zahtev za minimalnim ventilacionim modovima treba proširiti tako da uključuje i sledeće modove: PC-CMV, PC-SIMV i PC-ACV, jer se jedino tako dobija respirator koji u potpunosti ispunjava sve zahteve moderne jedinice intenzivne nege. Ostavljanjem ovako napisane tehničke specifikacije, sa minimumom zahteva rizikujete da u ponudi dobijete i respiratore koji nemaju najčešće korišćene modove ventilacije koji su kontrolisani pritiskom.

Stoga predlažemo da stavka 5.4 glasi:

Ventilacioni modovi(minimum):

-VC

-SIMV

-BIPAP (ili Bi level, ili Duo PAP)

-CPAP

-APNEA Ventilation

-PC-CMV

-PC-SIMV

-PC-ACV

Одговор: Наручилац у свему остаје при захтеваним минималним техничким карактеристикама из Конкурсне документације за јавну набавку бр.391К/2018.

Питање број 2: „Ставка 5.7:

U stavci 5.7. zahtevali ste da aparat ima integrisanu bateriju kapaciteta najmanje 60 minuta. Obzirom na nepredviđene okolnosti koje se mogu desiti u svakodnevnom radu, smatramo da je ovaj vremenski opseg mali da bi obezbedio potpunu bezbednost pacijenta u slučaju nepredviđenih okolnosti i da bi kapacitet integrisane baterije trebao biti minimum 4 sata.

Stoga predlažemo izmenu ove stavke tako da glasi:

Interna integrisana baterija kapaciteta najmanje 240 minuta.

Одговор: Наручилац у свему остаје при захтеваним минималним техничким карактеристикама из Конкурсне документације за јавну набавку бр.391К/2018.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
