



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1610.

Датум: 18.11.2016. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: КРЕВЕТИ ЗА ЈИН И ЈПИН

Број јавне набавке: 476K/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: КРЕВЕТ ЗА ЈИН И ЈПИН, број 476K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 04.11.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: На страни 29 од 47 конкурсне документације у делу А./техничке карактеристике по захтеву наручиоца, Кревети за ЈИН, под редним бројем 1.3 минималних техничких карактеристика, да ли се захтеване техничке карактеристике могу кориговати тако да се сматра исправном и прихватљивом и она понуда понуђача са Електро podešavaњем висине кревета без душека у опсегу:390-760 mm? Ово с обзиром да техничка карактеристика у овом опсегу не утиче на рад медицинског особља, као ни на пенjanје и silазак пацијента са кревета, па у том смислу задовољава захтевани услов мобилности пацијента и медицинског особља у раду са пацијентима као и тражена техничка карактеристика Електро podešavaње висине кревета без душека у опсегу:380-800 mm.

Одговор број 1: На ово питање је већ одговорено појашњење конкурсне документације за јавну набавку br.476K/2016, број:1530 од 16.11.2016. године.

Питање број 2: На страни 29 од 47 конкурсне документације у делу А./техничке карактеристике по захтеву наручиоца, Кревети за ЈИН, по редним бројем 1.4 минималних техничких карактеристика, да ли се захтеване техничке карактеристике могу кориговати тако да се сматра исправном и прихватљивом и она понуда понуђача са носивости кревета: min 220 kg umesto захтеваних: min 250 kg? Како се у захтеву техничких карактеристика по захтеву наручиоца на истој страни конкурсне документације под редним бројем 1.25.1 у делу додатни прибор, захтева да душек има минималну носивост од 200 kg, захтев да носивост кревета буде min 250 kg представља неосновано ограничење конкуренције понуђача у поступку јавне набавке, са обзиром да тежина додатне опреме која се монтира на кревет не прелази тежину од 20 kg.

Одговор број 2: Како се кревети набављају и за јединицу интензивне неге I хируршке клинике где се врше операције и екстремно гојазних особа, као и за оделjenje ортопедије где се у терапији користе и tegови, наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

Питање број 3: На страни 29 од 47 конкурсне документације у делу А./техничке карактеристике по захтеву наручиоца, Кревети за ЈИН, под редним бројем 1.7 минималних техничких карактеристика, да ли се може сматрати исправном и прихватљивом и она понуда понуђача која нуди могућност RTG snimanja од главе до карлице као и употребу C luka, s tim да umesto места на кревету предвиђеног за postavljanje RTG kasete, место за postavljanje RTG kasete може бити и на душеку у пределу грудног коша? Сматрамо да је место за postavljanje RTG kasete на душеку боље од захтеваног места за RTG kasetu на кревету, јер омогућава боље снимке са обзиром да је ploча ближа телу пацијента. Овом корекцијом захтеваних техничких карактеристика се омогућава већем броју понуђача подношење исправних понуда и uчеšће у поступку јавне набавке, са обзиром да неки произвођачи управо имају ову opciju за RTG snimanje са местом за RTG kasete у душеку, јер ploче кревета нису propusне за RTG zrake. Са друге стране, у интересу пацијената и медицинског особља је бољи квалитет слике која се обезбеђује на овај начин, а задовољава потребе наручиоца у раду са пацијентима.

Употреба C luka ограничена је на операционе sale I захтева специјалне stolове (не кревете) ширине до 50 cm, тако да сматрамо да је овај захтев за кревете ЈИН неоснован а у складу са захтеваним димензијама кревета наведених у taчки 1.2. Пацијенти у јединицама интензивне и poluintenzивне неге снимају се radiograфijским portabilним rendgen апаратима а не C lukovima.

Одговор број 3: Одговор на ово питање биће предмет Izmene конкурсне документације.

Питање број 4: Na strani 29 od 47 konkursne dokumentacije u delu A./tehničke karakteristike po zahtevu naručioca, Kreveti za JIN, po rednim brojem 1.12 minimalnih tehničkih karakteristika: Stranice uzglavlja i uznožja izrađene od livenog polipropilena, čelika ili aluminijuma, demontaže, sa mehanizmom automatskog zaključavanja i otključavanja na jedno dugme, da li se u delu zahtevane karakteristike mehanizma zaključavanja može smatrati ispravnom i prihvatljivom i ona ponuda koja sadrži mehanizam zaključavanja i otključavanja sa dve ručice jer ima kliničku opravdanost? Mehanizam zaključavanja i otključavanja sa dve ručice se istovremeno može otključavati i zaključavati, a potom se skida stranica, iz kog razloga opcija otključavanja i zaključavanja sa jednim dugmetom ne ubrzava postupak skidanja stranice. Smatramo da ova opcija suštinski na jednak način zadovoljava potrebe u radu sa pacijentima i brzinu rada medicinskog osoblja.

Одговор број 4: Одговор на ово питање биће предмет измене конкурсне документације.

Питање број 5: Na strani 29 od 47 konkursne dokumentacije u delu A./tehničke karakteristike po zahtevu naručioca, Kreveti za JIN, pod rednim brojem 1.18 minimalnih tehničkih karakteristika: Mogućnost elektro podešavanja segmenta za leđa u opsegu: min. od 0° do 70°, uz postojanje indikatora nagiba, da li se zahtevane tehničke karakteristike mogu korigovati tako da se smatra ispravnom i prihvatljivom i ona ponuda ponuđača koja takođe nudi mogućnost podešavanja segmenta za leđa, uz postojanje indikatora nagiba, ali i u opsegu segmenta za leđa: min od 0° do 65°? Opseg segmenta za leđa: min od 0° do 65° zadovoljava potrebe naručioca za omogućavanje sedećeg položaja pacijenta, dok se razlikom od 5° u uglu sedećeg položaja pacijenta suštinski ne menja bilo koja f-ja u radu medicinskog osoblja i na štetu pacijenta. Predviđenim zahtevom u opsegu min. od 0° do 70° se pojedini ponuđači stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na druge ponuđače.

Одговор број 5: Одговор на ово питање биће предмет измене конкурсне документације.

Питање број 6: Na strani 29 od 47 konkursne dokumentacije u delu A./tehničke karakteristike po zahtevu naručioca, Kreveti za JIN, pod rednim brojem 1.20 minimalnih tehničkih karakteristika: Elektro podešavanje segmenta za butine: min od 0° do 40°, da li se zahtevane tehničke karakteristike mogu korigovati tako da se smatra ispravnom i prihvatljivom i ona ponuda ponuđača sa tehničkom karakteristikom: Elektro podešavanje segmenta za butine: min od 0° do 28°? Kao i u prethodnoj zahtevanoj klarifikaciji i u pogledu ovog zahteva tehničke karakteristike, predloženi ugao u opsegu od: min od 0° do 28° zadovoljava potrebe naručioca za omogućavanjem sedećeg položaja pacijenta. Zahtevanjem većeg opsega se favorizuju određeni ponuđači stavljanjem u povoljniji položaj, bez suštinske promene u radu sa pacijentima i interesima pacijenata.

Одговор број 6: Имајући у виду велики број потенцијалних понуђача кревета за ЈИН, који испуњавају заhtevanu техничку карактеристику, наруčilac остаје при свом заhtеву из конкурсне документације, а због разноврсне патологије и врсте пацијената.

Питање број 7: Na strani 27 od 47 konkursne dokumentacije u Modelu ugovora o javnoj nabavci dobara, Medicinska oprema: kreveti za JIN i JPIN, u članu 13. raskid ugovora, tačka 13.3 i tačka 13.4 određuju na nejasan način izvršenje obaveze plaćanja. Tako se po tački 13.3 predviđa :“plaćanje po ovom ugovoru u 2016. godini vršiće se do nivoa sredstava obezbeđenih Finansijskim planom za 2016. godinu, za ove namene”. Iz ove odredbe proizlazi da su sredstva za plaćanje po ovom ugovoru namenski obezbeđena već donetim Finansijskim planom, te će se ova sredstva u skladu sa svojom namenom i realizovati.

Međutim nejasno je da li će ova namenski odvojena sredstva za plaćanje iz 2016. godine po ovom ugovoru biti preneti u 2017. godinu radi izvršenja obaveze plaćanja naručioca? Ovo sa obzirom da je obaveza naručioca u pogledu plaćanja u roku od 45 dana od dana montaže (čl. 3. Modela ugovora), odakle nesporno proizlazi da će obaveza plaćanja naručioca biti realizovana u 2017. godini, bez obzira da li će se isporuka po ovom ugovoru izvršiti u 2016. ili 2017. godini. Odnosno u slučaju isporuke i montaže predmeta javne nabavke po ovom ugovoru u 2017. godini da li će se obaveza izvršenja plaćanja naručioca u 2017. godini izvršiti iz sredstava obezbeđenih Finansijskim planom za 2016. godinu?

Tačka 13.4. predviđa izvršenje plaćanja za obaveze koje po ovom ugovoru dospevaju u 2017. godini, pa se naručilac obavezuje da će izvršiti plaćanje dobavljaču po obezbeđivanju finansijskih sredstava usvajanjem Finansijskog plana za 2017. godinu ili donošenjem odluke o prevremenom finansiraju. Na koje obaveze plaćanja koje dospevaju u 2017. godini se odnosi ova tačka Modela Ugovora? Da li se ova tačka takođe odnosi na obavezu plaćanja predviđenu čl. 3 Modela ugovora o javnoj nabavci dobara sa strane 25 od 47 konkursne dokumentacije, kao i tačka 13.3? Ukoliko se takođe odnosi na istu obavezu, faktički proizlazi da finansijska sredstva po ovom ugovoru nisu obezbeđena, već da će tek biti obezbeđena u 2017. godini, a sa obzirom da se praktično i isporuka i plaćanje vrši upravo 2017. godine.

Одговор број 7: Namenski odvojena sredstva za plaćanje iz 2016. godine po ovom ugovoru biće preneti u 2017. godinu radi izvršenja obaveze plaćanja naručioca.

Питање број 8: Na strani 30 od 47 konkursne dokumentacije u delu Ostali obavezni uslovi, pod tačkom 2, da li se može smatrati prihvatljivom i ispravnom ponudom i ona ponuda ponuđača za opremu koja je proizvedena i posle 2016. godine pa ubuduće? Ukoliko bi se podnošenje ispravne i prihvatljive ponude ograničilo na opremu proizvedenu samo u 2015. i 2016. godini, to bi značilo da se prednost daje opremi proizvođača koji već proizvedenu robu drži na lageru, a ne novoproducentu koji po zaključenju ugovora. Ovo sa obzirom da je rok proizvodnje od 4 do 6 nedelja i

serijski broj i lot koji su dokaz da se radi o novoj opremi mogu biti poznati ponuđaču tek kada se oprema – roba isporuči istom. Lot i serijski broj ne mogu biti poznati unapred i u tom smislu biti opredeljeni.

Одговор број 8: **Као прихватљиве понуде биће оценјене све понуде које ће понуђена добра тек произвести. Понуђач је обавезан да достави оригинал изјаве произвођача из ког лота будуће производње ће добра бити.**

Питање број 9: U vezi partije br 1, Kreveti za jedinice intenzivne nege, na strani 29 konkursne dokumentacije, Tehničke karakteristike, redni br. 1.8. navodi se da se ležeća ploča sastoji iz min 4 dela, izrađena od materijala koji se lako održava i skida sa kreveta, a u prethodnoj tački 1.7 traži se mogućnost RTG snimanja celom dužinom i upotreba C luka. To je jedino moguće ukoliko je cela ležeća ploča izrađena od HPL-a, propusnog na RTG zrake, a koji je vijcima fiksiran na okvir i ne može se lako skidati. Takvo konstrukciono rešenje ima eventualno jedan ponuđač u Srbiji. Većina ima rešenje tako da je leđni deo izrađen od HPL-a propusnog na RTG zrake, a donji deo ležne ploče je izrađen od plastičnih segmenata. Zbog same konstrukcije kreveta, odnosno pložaja nosećih teleskopskih stubova, nije moguće snimanje C lukom u predelu donjih ekstremiteta. Mesto za postavljanje RTG kasete je i onako kod svih proizvođača ispod leđne ploče. Zbog načela veće konkurentnosti sugerišemo da se tačka 1.7. izmeni: **Mogućnost RTG snimanja i upotreba C luka od glave do pelvisa ili duže.** Predlažemo i da se izmeni tačka 1.8. tako da glasi: **Ležeća ploča se sastoji iz min 4 dela izrađena od laminata propusnog na RTG zrake ili kombinacijom laminata propusnog na RTG zrake i plastičnih segmenata koji se mogu lako skidati.** S obzirom da se gore navedeni zahtevi pojavljuju i partiji br 2 predlažemo da se i tačka 8. u partiji br 2 izmeni tako da glasi: **Mogućnost RTG snimanja i upotreba C luka od glave do pelvisa ili duže.** Predlažemo izmenu i tačke 7. i sugerišemo da glasi: **Ležeća ploča se sastoji iz min 4 dela izrađena od laminata propusnog na RTG zrake ili kombinacijom laminata propusnog na RTG zrake i plastičnih segmenata koji se mogu lako skidati.**

Одговор број 9: **Одговор на ово питање биће предмет Измене конкурсне документације.**

Питање број 10: U vezi partije br 2, Kreveti za jedinice intenzivne nege sa vagom, na strani 36 konkursne dokumentacije, Tehničke karakteristike, nigde se ne navode dimenzije ležne ploče, a u tački 5. traži se produženje kreveta min 20 cm. S obzirom na različite dimenzije kreveta, a time i ležne ploče različitih proizvođača sugerišemo da se tačka 5. izmeni i da glasi: **Mogućnost produženja ležne ploče tako da ona minimalno iznosi 220 cm.**

Одговор број 10: **Прихватљивим ће се оценити све понуде где збир дужине лежне површине кreveta заједно са produženjem kreveta bude 220 cm.**

Питање број 11: S obzirom da se u partiji br 2 traže kreveti sa integrisanom vagom, u dokumentaciji nije naveden zahtev da takav krevet odnosno ugrađena vaga ima Uverenje o odobrenju tipa merila, a koje izdaje Direkcija za mere i dragocene metale, Ministarstva privrede, a kojim se utvrđuje da li merilo ispunjava zahteve propisane Pravilnikom o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem. Kako je posedovanja ovakvog uverenja pre puštanja sredstva u promet zakonska obaveza (Zakon o metrologiji) predlažemo da ovo **Uverenje bude obavezni deo konkursne dokumentacije.**

Одговор број 11: **Одговор на ово питање биће предмет Измене конкурсне документације.**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
