



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 15.

Датум: 05.01.2018. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**

Број јавне набавке: 520K/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 520K/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 18.12.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.1: Кревети за ЈИН

Питање број 1: „На страни 30. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.3 стоји:

“Електро подешавање висине кревета без душека: 380 – 800 mm”

Како би се омогућило учешће што већем броју потенцијалних понуђача, молимо да дозволите учешће кревета са подешавањем висине у опсегу 390-770 mm и боље. Разлика у максималној и минималној висини је мања од 5%, што не утиче битно на квалитет опреме. Стога Вас молимо да извршите измену у техничкој документацији, тако да позиција 1.3 гласи: “Електроподешавање висине кревета без душека: 390-770 mm.”

Одговор: Предложено подешавање висине кревета од стране потенцијалног понуђача се уклапа у захтеване висине померања од стране наручиоца исказане кроз позицију 1.3 техничких карактеристика. Тако да ће понуда са могућношћу електро подешавања висине кревета без душека у границама од 390 до 770 mm, бити оцењена као прихватљива.

Питање број 2: „На страни 30. Конкурсне документације - А.І ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.12 стоји: „Странице узглавља и узножја израђене од ливеног полипропилена, челика или алуминијума, демонтаже, са механизмом аутоматског закључавања и откључавања на једно дугме са сваке стране странице“

У циљу обезбеђивања што веће конкурентности, молимо да дозволите учешће кревета који имају демонтажне странице узглавља и узножја, са другачијим техничким решењем заштите од ненамерног скидања која је подједнако ефикасна као захтевани систем. Стога вас молимо да извршите измену у техничкој документацији, тако да позиција 1.12 гласи: „Странице узглавља и узножја израђене од ливеног полипропилена, челика или алуминијума, демонтаже, са механизмом за спречавање ненамерног скидања.“

Одговор: Због лакшег скидања страница узглавља и узножја, наручилац се управо одлучио за систем скидања притиском на једно дугме. Свако понуђено решење, једнако овом или бољем од овог, наручилац ће оценити као прихватљиво.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
