



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1539.

Датум: 16.11.2016. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА
Број јавне набавке: 528K/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 528K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 09.11.2016. године.
У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.1: Рендгенски мобилни апарат

Питање број 1: Ставком 1.1. тражена је рендгенска цев са два фокуса величине max. 0,6 и min. 1,2mm, у циљу повећања конкурентности да ли је могуће понудити рендгенску цев са величином малог фокуса од 0,8mm? Оваква измена не би суштински menjала понуђени систем, а омогућила би већу конкурентност међу потенцијалним понуђачима.

Одговор број 1: Одговор на ово питање биће садржан у измени конкурсне документације.

Питање број 2: Ставком 1.2. захтеван је опсег напона цеви од 40-150kV, да ли је за наручиоца прихватљиво понудити систем чији је опсег вредности напона у опсегу од 40-125 kV, узимајући у обзир да се напони изнад 125kV врло ретко употребљавају у пракси и суштински не би menjала понуђени систем, а омогућила би већу конкурентност међу потенцијалним понуђачима ?

Одговор број 2: Одговор на ово питање биће садржан у измени конкурсне документације.

Питање број 3: Ставком 1.3. захтеван је топлотни капацитет аноде од min. 300 kHU, molimo Vas да нам одговорите да ли је могуће понудити систем са min. 105 kHU ради повећања конкурентности међу потенцијалним понуђачима?

Одговор број 3: Наручиоц остаје при захтеваној техничкој карактерistici под вставком br. 1.3.

Питање број 4: Ставком 1.6. захтева се опсег mA који значајно smanjuje конкурентност и diskvalifikuje све renomirane произвођаче, sem jednog, да понуде своја решења, molim Vas да критеријум измените у: опсег струје min. 70-320 mA.

Одговор број 4: Одговор на ово питање биће садржан у измени конкурсне документације.

Питање број 5: Ставком 1.7. захтевате опсег mAs у minimalном rasponu од 0.1-500 mAs. Imajući u vidu да је ово isključujući параметар једног произвођача, molimo Vas да ваш захтев preimenuјете у " опсег mAs од 0,1-320 mAs".

Одговор број 5: Одговор на ово питање биће садржан у измени конкурсне документације.

Питање број 6: Ставка 1.8. захтева могућност експозиције док је уређај прикључен у утичницу ради пуњења, obzirom да је тражен мобилни апарат са одређеном autonomijom у раду molimo Vas да ставку 1.8. izbacite из табеле minimalних техничких карактеристика.

Одговор број 6: Одговор на ово питање биће садржан у измени конкурсне документације.

Питање број 7: Да ли је за наручиоца прихватљиво понудити да се понуди систем са растојањем од фокуса до центра stuba од 105 cm и тако одговори на ставку 2.2., суштинске разлике у квалитету уређаја нема, па Vas stoga molimo да ставку 2.2. измените у: Растојање од фокуса цеви до центра stuba (dohvat) min. 105 cm

Одговор број 7: Наручиоц остаје при захтеваној техничкој карактерistici под вставком br. 2.2.

Питање број 8: Ставка 2.5. захтева два независна батеријска система за покретање и експозицију, да ли је за наручиоца прихватљиво понудити уређај са једним батеријским системом који napaja ceo уређај? Suštinske и функционалне

razlike u dve varijacije realizovanih baterijskih sistema nema tako da je za korisnika isto ima li u aparatu dva baterijska sklopa ili jedan.

Одговор број 8: Одговор на ово питање биће садржан у измени конкурсне документације.

Питање број 9: Да ли мобилни рендген мора да поседује могућност аутоматског слања студија на више pacs архива истовремено?

Одговор број 9: Да.

Питање за стационарни плафонски рендген апарат – Партија 2

Питање број 10: Ставком 3.3. захтеван је Аутоматски/Мануелни колиматор са аутоматском моторизованом филтрацијом са могућношћу мануелне корекције. Молимо Вас да измените техничку карактеристiku у: "Аутоматски или мануелни колиматор" како би се заиста могао понудити мануелни колиматор јер се тренутним захтевом искључује таква могућност.

Одговор број 10: Одговор на ово питање биће садржан у измени конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
