



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 75.

Датум: 16.01.2017. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Број јавне набавке: 595K/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 595K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 28.12.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр. 12: ФЛУРЕСЦЕНТНИ МИКРОСКОП

Питање бр.1: „Odgovorom od 11.01.2017 koji je objavljen na Portalu javnih nabavki na postavljeno pitanje da se navedu talasne dužine emisije i ekscitacije za traženi fluorescentni filter, objavljen je odgovor kojim nisu date vrednosti ili opseg vrednosti, već je data informacija o karakteristikama fluorescentnih filtera koji postoje.

Molimo Vas za precizan odgovor na postavljeno pitanje: „molimo Vas da specificirate filter za fluorescenciju za posmatranje Chlamydiae spp., **tako što ćete navesti talasnu dužinu emisije i ekscitacije**”. Još jednom napominjemo da mislimo da je to neophodno kako ne bi došlo do zabune jer ti podaci zavise od boje koja će se koristiti za bojenje tog preparata.

Informacije o talasnim dužinama emisije i ekscitacije možete naći na uputstvima za boje (fluorochrome) koje se koriste za bojenje preparata. U prilogu koji Vam dostavljamo uputstvo jednog od proizvođača uz ovaj zahtev.“

Одговор: Odgovorom na koji se pozivate jasno je rečeno: bilo koji od ponuđenih filtera će biti smatran kao prihvatljiv kako bi omogućili što veću konkurenciju. Ostajemo pri zahtevu iz Minimalnih tehničkih karakteristika.

Партија бр. 20: ДОПУНА ПОСТОЈЕЋИХ МОТОРНИХ СИСТЕМА ЗА ОТВАРАЊЕ КОСТИЈУ ЛОБАЊЕ

Питање бр.2: „S obzirom da se u pomenutoj partiji radi o dopuni postojećeg motornog sistema samim tim je ograničena konkurencija i svedena na samo jednog ponuđača. S toga vas molimo da omogućite i drugim ponuđačima koji mogu da ponude ekvivalentni potrošni materijal da učestvuju u javnoj nabavci i time postupite u skladu sa članom 10. ZJN kojim je propisano da je naručilac dužan da omogući što veću konkurenciju, kao i da ne može da ograniči.

Pošto se radi o dopuni postojećeg motornog sistema (odnosno dopuna sistema na već postojeću konzolu), da li biste omogućili i drugim ponuđačima da učestvuju u javnoj nabavci ukoliko bi ponudili odgovarajući i ekvivalentan potrošni materijal uz mogućnost donacije konzole?“

Одговор: U Prilogu br.7 konkursne dokumentacije, minimalne tehničke karakteristike, u Ostalim obavezanim uslovima je zahtevano : „Понуђена добра морају бити компатибилна са постојећом опремом за Партију бр. 20 произвођача „AESCULAR“ којима располажу клинике КЦС“. U konkursnoj dokumentaciji je sve урађено у складу са ЗЈН. U Prilozima br.3, 6 i 7 predmet nabavke dobara iz ove partije je opisan onako kako to ZJN dozvoljava: „ДОПУНА ПОСТОЈЕЋИХ МОТОРНИХ СИСТЕМА ЗА ОТВАРАЊЕ КОСТИЈУ ЛОБАЊЕ (Каталошки број произвођача Aescular или одговарајући)“.

Obaveštavamo sve potencijalne ponuđače za dobra iz ove Partije, da se radi o dopuni postojećih 5 /pet/ motornih sistema za otvaranje kostiju lobanje koji se nalaze u 5 /pet/ operacionih sala KCS gde se izvode neurohirurške operacije.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ